Method 1 (drawings 1-10)









Compridur®

DE

Kurzzugbinden für Kompressionsverbände.

Wickelanleitung:
Wir empfehlen das Anlegen durch eine qualifizierte Person.

Indikationen:
Für Kompressionsverbände bei phlebologischen und lymphologischen Indikationen zur Unterstützung der Muskelpumpe und Verbesserung der Hämodynamik des venösen Rückflusses sowie Abbau venöser und lymphatischer Stauungen, z.B.: Varikosis, chronische Veneninsuffizienz einschließlich Ulcus cruris venosum und Phlebödem, Thrombophlebitis, Phlebothrombose, nach Venenoperationen (Stripping), nach Verödungen, primäre und sekundäre Lymphödeme.

Kontraindikationen:
Unverträglichkeit auf das Material, fortgeschrittene periphere arterielle Verschlußkrankheit, dekompensierte, Herzinsuffuzienz, septische Phlebitis, Phlegmasia coerulea dolens.

Sicherheitshinweise:
Nässende Dermatosen; Hautinfektionen. Offene Wunden müssen vor dem Anlegen der Kompressionsversorgung mit einer angemessenen Wundauflage abgedeckt werden. Stark beeinträchtigte Hautsensibilität und gestörte Empfindlichkeit der Gliedmaßen; fortgeschrittene periphere Neuropathie. Wenn erhöhter venöser und lymphatischer Rückfluss nicht erwünscht ist. Der behandelnde Arzt entscheidet, ob Kompression generell bei Patienten mit den folgenden Erkrankungen angewendet werden darf: rheumatoide Arthritis, komplexes regionales Schmerzsyndrom, CRPS (Morbus Sudeck), malignes Lymphödem, Gangrän.

Längsdehnbarkeit:

Compridur®:	ca. 50%
JOBST® Comprihaft®:	ca. 75%
Comprilan®:	ca. 90%

Besondere Hinweise:
Nur **JOBST® Comprihaft®**: Es muß zunächst ein etwa 20-30 cm langes Bindenstück abgerollt werden, bevor der Verband angelegt wird. Nur so ist ein kontinuierlicher Druckabfall von distal nach proximal gewährleistet.

Compridur® und **Comprilan®**: Die beiliegenden Fixierklammern sind nicht zur Anwendung am Patienten bestimmt. Aufgrund einer möglichen Verletzungsgefahr dienen sie ausschließlich zur Endfixierung der Binde während des Transportes.

Jeder schwerwiegende Vorfall, der sich im Zusammenhang mit diesem Produkt ereignet, sollte BSN medical Inc. (bzw. der BSN medical GmbH in der Europäischen Union) und der zuständigen Behörde Ihres Landes gemeldet werden.

Datum: November 2019

EN

Short stretch bandages for support, relief and compression.

Dressing instruction:
We recommend that bandaging be performed by a trained person.

Indications:
Compression bandages for phlebological and lymphological indications to support muscle pump action and improve the haemodynamics of venous return: varicosis, chronic venous insufficiency including venous varicose ulcer and venous oedema, thrombophlebitis, phlebothrombosis, after vein operations (stripping), after sclerosing obliteration, primary and secondary lymphatic oedemas.

Contraindications:
Incompatibility to fabric, advanced peripheral arterial occlusive disease, decompensated cardiac insufficiency, septic phlebitis, phlegmasia coerulea dolens.

Cautions:
Weeping dermatosis; cutaneous infections. Open wounds must be covered with an appropriate dressing before compression bandaging. Severely compromised skin sensibility and impaired sensitivity of the limb; advanced peripheral neuropathy; conditions in which increased venous and lymphatic return is not desired. The attending physician decides whether compression in general can be applied to patients suffering from the following diseases: rheumatoid arthritis, complex regional pain syndrome, CRPS (M. Sudeck), malignant lymphedema, gangrene.

Longitudinal elasticity:

Compridur®:	ca. 50%
JOBST® Comprihaft®:	ca. 75%
Comprilan®:	ca. 90%

Special notes:
Applies only to **JOBST® Comprihaft®**: initially unroll approximately 20-30 cm of the bandage before applying. This is the only way to guarantee a continuous drop in pressure from distal to proximal.

Compridur® and **Comprilan®**: The attached fixation clips should be not used for fixation while the bandage is applied on a patient. Due to the risk of unintended injuries both clips are solely designed for transportation purpose.

Any serious incident that has occurred in relation to this device should be reported to BSN medical Inc. (BSN medical GmbH within the European Union) and the competent authority of your state.

Date: November 2019

Comprilan®

FR

Bandes à élasticité courte pour bandages compressifs et de soutien.

Instructions de bandage:
Nous recommandons que le bandage soit posé par une personne qualifiée.

Indications:
Bandes compressives indiquées en phlébologie et lymphologie pour soutenir l'action de la pompe musculaire et pour améliorer l'hémodynamique du retour veineux dans les états variqueux et les cas d'insuffisance veineuse chronique tels que: l'ulcère veineux variqueux, l'oedème veineux, la thrombophlébite, la phlébothrombose, la post-chirurgie veineuse (éveinage), la postsclérothérapie, les lymphoedèmes primaires et secondaires.

Contre-indications:
Intolérance à l'un des composant, stades avancés des pathologies occlusives du système artériel périphérique, insuffisance cardiaque décompensée, phlébite septique, phlegmasia coerulea dolens.

Attention:
Dermatose suintante; infections cutanées. Les plaies ouvertes doivent être recouvertesd'un pansement adéquat avant enfilage du vêtement de compression. Sensibilité cutanée fortement compromise et diminution de la sensibilité du membre; neuropathie périphérique avancée. Troubles dans lesquels une augmentation du retour veineux et lymphatique n'est pas souhaitée. Souhaité Il incombe au médecin traitant de déterminer si une compression peut être appliquée de manière générale chez les patients atteints des maladies suivantes : polyarthrite rhumatoïde, syndrome douloureux régional complexe ou SDRC (maladie de Sudeck), lymphoedème malin, gangrène.

Elasticité en longueur:

Compridur®:	ca. 50%
JOBST® Comprihaft®:	ca. 75%
Comprilan®:	ca. 90%

Avertissement:
Pour **JOBST® Comprihaft®** uniquement: seul un déroulement de la bande sur 20 à 30 cm avant sa pose permet garantir une dégressivité continue de la pression, de distal à proximal.

Compridur® et **Comprilan®**: Les pinces de fixation jointes ne doivent pas être utilisées quand le bandage est appliqué sur le patient. En raison du risque potentiel de blessure, elles sont uniquement destinées au transport.

Tout incident grave survenu en lien avec ce dispositif doit être signalé à BSN medical Inc. (BSN medical GmbH au sein de l'Union européenne) et l'autorité compétente de votre état.

Date: Novembre 2019

ES

Vendas de tejido elástico de corta extensibilidad para vendajes de compresión.

Instrucciones de vendaje:
Recomendamos que el vendaje sea realizado por una persona entrenada.

Indicaciones:
Vendajes de compresión en indicaciones flebológicas y linfológicas de soporte para la bomba muscular, mejorando la hemodinámica del reflujo venoso: varicosis, insuficiencia venosa crónica, úlceras venosas varicosas y edemas venosos incluidos, tromboflebitis, flebotrombosis, tratamiento postoperatorio de stripping, esclerotерapia y linfoedemas primarios y secundarios.

Contraindicaciones:
Intolerancia al tejido, oclusión arterial periférica avanzada, insuficiencia cardiaca descompensada, flebitis séptica, flegmasía coerulea dolens.

Precauciones:
Dermatosis exudativa; Infecciones cutáneas.

Las heridas abiertas deben cubrirse con un vendaje adecuado antes de colocar la prenda de compresión. Sensibilidad excesiva de la piel y sensibilidad alterada en la extremidad; neuropatía periférica avanzada. Enfermedades en las que se desee evitar un mayor retorno venoso y linfático. El médico responsable del tratamiento decidirá si, en general, la compresión se puede aplicar a los pacientes con las siguientes enfermedades: artritis reumatoide; síndrome de dolor regional complejo, CRPS (M. Sudeck); linfedema maligno; gangrena.

Elasticidad longitudinal:

Compridur®:	ca. 50%
JOBST® Comprihaft®:	ca. 75%
Comprilan®:	ca. 90%

Observaciones:
Sólo **JOBST® Comprihaft®**: desenrollar aproximadamente unos 20-30 cm de venda antes de su aplicación. Es la única forma de garantizar una compresión continua y decreciente de la parte distal a la proximal.

Compridur® y **Comprilan®**: Las grapas de fijación adjuntas no están previstas para ser utilizadas en el paciente. Debido al posible peligro de lesión sirven exclusivamente para la fijación definitiva del vendaje durante el transporte.

Cualquier incidente grave que se produzca en relación con este dispositivo debe comunicarse a BSN medical Inc. (BSN medical GmbH dentro de la Unión Europea) y a la autoridad competente de su estado.

Fecha: Noviembre 2019

IT

Benda a trazione limitata per bengaggi compressivi.

Istruzioni per l'utilizzo:
Il bendaggio deve essere effettuato da personale competente.

Indicazioni:
Per bendaggi compressivi in presenza di indicazioni flebologiche e linfologiche come sostegno della pompa muscolare, per migliorare l'emodinamica del ritorno venoso, per l'eliminazione di stasi venosa e linfatica, in casi quali, ad. es. varici, insufficienza venosa cronica, compresi ulcus cruris, ed edema passivo, tromboflebiti, flebotrombosi, dopo interventi chirurgici sulle vene (stripping), dopo trattamenti sclerosanti, linfedema primario e secondario.

Controindicazioni:
Incompatibilità con il tessuto, malattia vascolare occlusiva avanzata delle arterie periferiche, insufficienza cardiaca scompensata, flebite settica, phlegmasia coerulea dolens.

Precauzioni:
Dermatosi con fuoriuscita di liquido; infezioni cutanee. Le ferite aperte devono essere coperte con una medicazione adeguata prima di indossare il rivestimento a compressione. Grave compromissione della sensibilità cutanea e sensibilità compromessa dell'arto; neuropatia periferica avanzata. Condizioni nelle quali l'aumento di ritorno a livello venoso e linfatico non è auspicabile. Spetta al medico curante decidere se è possibile applicare una compressione, in linea generale, nei pazienti affetti dalle seguenti patologie: artrite reumatoide, sindrome dolorosa regionale complessa (CRPS o sindrome di Sudeck), linfedema maligno, cancrena.

Elasticità longitudinale:

Compridur®:	ca. 50%
JOBST® Comprihaft®:	ca. 75%
Comprilan®:	ca. 90%

Indicazioni particolari:
Sólo per **JOBST® Comprihaft®**: Prima di applicare il bendaggio, srotolare all'incirca 20-30 cm di benda. Solo così si può garantire una diminuzione graduale della compressione dal tratto distale in direzione prossimale.

Compridur® e **Comprilan®**: Le clip per il fissaggio accluse non sono destinate per l'uso sul paziente. A fronte di un eventuale rischio di lesione, esse servono esclusivamente per il fissaggio della benda durante il trasporto.

Eventuali incidenti gravi verificatisi in relazione a questo dispositivo devono essere segnalati a BSN medical Inc. (BSN medical GmbH all'interno dell'Unione Europea) e alle autorità nazionali competenti.

Data: Novembre 2019

NL

Korte rek zwachtel voor compressieverbanden.

Gebruiksaanwijzing:
Het is aan te bevelen het compressieverband door een deskundig persoon aan te laten leggen.

Indicaties:
Als compressieverband bij flebologische en lymfologische indicaties ter ondersteuning van de spierpomp en verbetering van de hemodynamiek van de veneuze terugstroming. Varicosis, chronische veneuze insufficiëntie incl. Ulcus cruris venosum enphleboedeem, thrombolphlebitis, phlebopthrombose, na vaatoperaties (stripping), na scleroseren, primaire en secundaire lymfoedemen.

Contraindicaties:
Overgevoeligheid voor de stof, ernstige perifere artriële occlusie, hartdecompensatie, septische phlebitis, phlegmasia caerulea dolens.

Waarschuwingen:
Nat eczeem; huidinfecties. Open wonden moeten worden bedekt met een passend verband alvorens de therapeutisch elastische kous wordt aangedaan. Ernstig aangetaste gevoeligheid van de huid en verminderde gevoeligheid van de ledematen; ernstige perifere neuropathie. Omstandigheden waarbij verhoogde veneuze en lymfatische terugstroom niet gewenst is. De behandelende arts beslist of compressie in het algemeen kan worden toegepast bij patiënten die lijden aan de volgende ziekten: reumatoïde artritis, complex regionaal pijnsyndroom, CRPS (M. Sudeck), kwaadaardig lymfeoedeem, gangreen.

Elasticiteit in de lengte:

Compridur®:	ca. 50%
JOBST® Comprihaft®:	ca. 75%
Comprilan®:	ca. 90%

Bijzondere aanwijzingen:
JOBST® Comprihaft®: Eerst ca. 20-30 cm verband afrollen, voordat het verband wordt aangelegd. Alleen op die manier is een continue drukreductie van distaal naar proximaal gegarandeerd.

Compridur® en **Comprilan®**: De bijgevoegde fixatieklemmen zijn niet bestemd voor gebruik bij de patiënt. Vanwege een mogelijk risico op letsel dienen deze klemmen uitsluitend voor het vastzetten van het uiteinde van de zwachtel tijdens transport.

Alle ernstige incidenten met betrekking tot dit hulpmiddel moeten worden gemeld aan BSN medical Inc. (BSN medical GmbH binnen de Europese Unie) en de bevoegde autoriteit van uw land.

Datum: November 2019

Compridur® Comprilan® JOBST® Comprihaft®

SV

Lågelastiska/kortsträcksbindor för stöd-, avlastnings- och kompressionsförband.

Lindning:
Vi rekommenderar att bandageringen utförs av en utbildad person.

Indikationer:
Kompressionsförband vid venösa och lymfatiska indikationer för att stödja muskelpumpens aktivitet och förbättra det venösa återflödet, t. ex.: vid svåra åderbråck, kronisk venös insufficiens med bensår, venösa ödem, tromboflebit, ventrombos, efter venösa operationer, efter behandling av åderbråck eller primära och sekundära lymfödem.

Kontraindikationer:
Överkänslighet för materialet, framskriden perifer arterioskleros, inkompenserad hjärtinsufficiens, septisk flebit, akut ventrombos, phlegmasia coerulea dolens.

Försiktighet:
Vätskande dermatos; hudinfektioner. Öppna sår ska täckas över med lämpliga förband innan du tar på kompressionsplagget. Allvarligt nedsatt hudkänslighet och minskad känslighet i lemmen; avancerad perifer neuropati. Tillstånd då ökad venös- och lymfvätskeåterflöde inte är önskvärd. Den behandlande läkaren ska bedöma om generell komperssion kan bli applicerad på patienter med följande sjukdomar: reumatoid artrit, komplext regionalt smärtsyndrom, CPSR (M. Sudeck), malignt lymfödem, gangrän.

Tänjbarhet på längden:

Compridur®:	ca. 50%
JOBST® Comprihaft®:	ca. 75%
Comprilan®:	ca. 90%

Speciella anvisningar:
Endast **JOBST® Comprihaft®**: rulla först upp en ca. 20-30 cm lång bit av bindan innan förbandet läggs. Endast då kan en kontinuerlig tryckminskning från distal mot proximal garanteras.

Compridur® och **Comprilan®**: De medföljande fixeringsklämmorna är inte avsedda för användning på patienten. På grund av en eventuell skaderisk är de endast avsedda för fixering av bandaget under transport.

Allvarliga incidenter som kan ha uppstått i samband med produkten ska rapporteras till BSN medical Inc. (BSN medical GmbH inom EU), och till behörig myndighet i ditt land.

Date: November 2019

NO

Kortelastiske bind for kompresjonsbehandling.

Bandasjeringsveiledning:
Vi anbefaler at bandasjen påføres av trenet helsepersonell.

Indikasjoner:
Kompresjonsbind for venøse og lymfatiske indikasjoner for støtte av mulskelpumpen, forbedring av den venøse tilbakestrømmingen samt forebygging av venøs og lymfatisk stase, feks åreknuter, kronisk venos insuffisiens med leggsår, venøst ødem, tromboflebit, venetrombose etter veneoperasjoner, etter behandling av åreknuter eller primært og sekundært lymfødem.

Kontraindikasjoner:
Inkompatibilitet til tekstilene, fremskreden perifer kronisk occlusiv skydom, dekompensert, hjerteinsuffisiens, septisk flebitt, phlegmasia coerulea dolens.

Advarsler:
Gråtende dermatitt; hudinfeksjoner. Åpne sår må være dekket med en passende bandasje før kompresjonstøyet blir tatt på. Alvorlig kompromittert hudsensibilitet og nedsatt sensitivitet i kroppsdeler; fremskredet periferal nevropati. Forhold med økt venøst og lymfatisk tilbakefall er ikke ønsket. Ansvarlig lege avgjør hvorvidt kompresjon generelt kan brukes av pasienter som lider av følgende sykdommer: leddgikt, kompleks regionalt smertesyndrom, CRPS (M. Sudeck), ondartet lymfatisk ødem, koldbrann.

Elastisitet i lengden:

Compridur®:	ca. 50%
JOBST® Comprihaft®:	ca. 75%
Comprilan®:	ca. 90%

Spesielle henvisninger:
Kun **JOBST® Comprihaft®**: Rull først av et ca. 20-30 cm langt stykke av bandasjen før den legges på. Kun pa denne måten er en kontinuerlig trykkminskning fra distal til proksimal garantert.

Compridur® och **Comprilan®**: De medfølgende festeklipsene skal ikke brukes til festing når bandasjen påføres en pasient. På grunn av en mulig risiko for skader er begge klipsene utelukkende beregnet for bruk under transport.

Alle alvorlige hendelser som har skjedd ved bruk av enheten, skal meldes til BSN medical Inc. (BSN Medical GmbH innen EU) og den kompetente myndigheten i din stat.

Datum: November 2019

FI

Vähäelastiset kompressiositeet.

Käärimisohje:
Suosittelemme, että sidonnan suorittaa terveydenhuollon ammattilainen tai koulutettu henkilö!

Indikaatiot:
Kompressiositeeksi tukemaan laskimopumpun toimintaa laskimo -ja imusuoniperäisissä vaivoissa ja parantamaan paluuvirtausta, kun kyseessä on esim.: vaikeat suonikhjut, kroonisen laskimo to iminnanvajauksen aiheuttama turvotus ja säärihaava, laskimotulehdukset ja-tukokset, suonikohjuleikkausten jälkeinen hoito ja primaarinen tai sekundaarinen lymfaturvotus.

Kontraindikaatiot:
Kankaan epäsopivuus, perfeeriset valtimonkierron häiröt, hoitamaton sydämen to iminnanvajaus, septinen laskimotuledus, laskimotukoksen aiheuttama turvotus, jossa iho on sininen.

Huomiot:
Tihkuva dermatoosi; ihoinfektiot Avoimet haavat tulee peittää tarkoituksenmukaisella haavasiteellä ennen kuin kompressiovaate puetaan ylle. Vakavasti alentunut ihon tuntoherkkyys ja raajan heikentynyt herkkyys; edistynyt neuropaattinen kipu. Tilat, joissa suurentunut laskimopaluu ja lymfaattinen paluu on ei-toivottua. Hoitava lääkäri päättää voidaanko kompressiota yleisesti käyttää potilailla, joilla on seuraavat KÄYTTÖOHJE FI sairaudet: nivelreuma, monimuotoinen alueellinen kipuoireyhtymä (CRPS) (M. Sudeck), pahanlaatuinen lymfedeema, kuolio.

Elastisuus pituussuunnassa:

Compridur®:	ca. 50%
JOBST® Comprihaft®:	ca. 75%
Comprilan®:	ca. 90%

Erityisesti huomiotavaa:
Koskee v ain **JOBST® Comprihaft®**-sidettä: Avaa sidettä rullalta aina n. 20-30 cm kerallaan ennen sen sitomista paikoilleen. Vain näin voidaan sidokseen saada jalkaterästä lähtien ylöspäin tasaisesti kevenevä puristuspaine.

Compridur® ja **Comprilan®**: Oheisia kiinnityspidekkeitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi potilaalle. Koska ne voisivat aiheuttaa loukkaantumisvaaran, niiden käyttötarkoitus on ainoastaan siteen lopullinen kiinnitys kuljetuksen ajaksi.

Kaikki tähän laitteeseen liittyvät vakavat vahingot tulee raportoida BSN medical Inc.:lle (BSN medical GmbH Euroopan unionin alueella) ja oman valtiosi toimivaltaiselle viranomaiselle.

Päivitetty: Marraskuu 2019

PT

Lingaduras de baixa elasticidade para de compressão.

Modo de aplicação:
Recomendamos que a ligadura seja aplicada por uma pessoa treinada para o efeito.

Indicações:
Ligaduras de compressão para flebologia como auxiliar da bomba muscular e para melhorar a hemodinâmica do refluxo venoso, bem como para o decongestionamento venoso e linfático, por ex varicose, insuficiência venosa crónica, inclusive úlcera venosa e edema venoso, tromboflebite, flebotrombose, após cirurgia (stripping), após obliterações, linfedemas primários e secundários.

Contra-indicações:
Incompatibilidade com tecidos, doença arterial aguda das extremidades, insuficiência cardíaca descompensada, flebite séptica, flegmasia coerulea dolens.

Cuidado:
Dermatose exsudativa; infecções cutâneas. As feridas abertas devem ser devidamente protegidas com um curativo apropriado antes de colocar a peça de compressão. Sensibilidade em pele gravemente comprometida e sensibilidade comprometida do membro; neuropatia periférica avançada. Condições nas quais não se pretende um aumento do retorno venoso ou linfático. O médico deve decidir se pode ser aplicada compressão em pacientes que sofram das seguintes doenças: artrite reumatóide; síndrome de dor regional complexa, CRPS (M. Sudeck), linfedema maligno; gangrena.

Elasticidada no sentido longitudinal:

Compridur®:	ca. 50%
JOBST® Comprihaft®:	ca. 75%
Comprilan®:	ca. 90%

Indicações especiais:
Apenas p ara **JOBST® Comprihaft®**: desenrolar primeiro cerca de 20-30 cm da ligadura antes de a colocar. Só assim se garante um contínuo alívio de pressão no sentido distal para proximal.

Compridur® e **Comprilan®**: Os grampos de fixação fornecidos não se destinam a fixar a ligadura quando aplicada no paciente. Devido a um possível risco de lesões, eles servem exclusivamente para fixação final da ligadura durante o transporte.

Qualquer incidente grave que ocorra em relação a este dispositivo deve ser comunicado à BSN medical Inc. (BSN Medical GmbH na União Europeia) e à autoridade competente do seu estado.

Data: Novembro de 2019

DA

Elastiske bind som kompressionsforbinding.

Brugsvejledning:
Vi anbefaler, at bandageringen udføres af en erfaren behandler.

Indikationer:
Kompressionsforbinding ved venøse og lymfatiske lidelser til understøttelse af muskelpumpen, forbedring af den venøse tilbagestrømning samt forebyggelse af venøse og lymfatisk stase, f.eks. åreknuder, kronisk venøs insufficiens med skinnebenssår, venøst ødem, thromboflebitis, venethrombose, efter veneoperationer, efter behandling af åreknuder eller primært og sekundært lymfeødem.

Kontraindikationer:
Inkompatibilitet med stof, fremskredet perifer ateriel aflukning, dekompenseret hjerteinsufficiens, septisk flebitis, flegmasia coerulea dolens.

Forsigtighedsregler:
Væskende dermatose; hudinfektioner. Åbne sår skal dækkes med en passende forbinding, inden kompressionsbeklædningen tages på. Svært kompromitteret hudfølsomhed og nedsat følsomhed i ekstremiteten; fremskreden perifer neuropati. Forhold, hvor øget venøst og lymfatisk tilbageløb ikke er ønsket. Det er den behandlende læges afgørelse, om kompression generelt kan anvendes til patienter, som lider af følgende sygdomme: rheumatoid artritis, komplekst regionalt smertesyndrom, CRPS (M. Sudeck), maligt lymfødem, gangræn.

Længdeelasticitet:

Compridur®:	ca. 50%
JOBST® Comprihaft®:	ca. 75%
Comprilan®:	ca. 90%

Specielle henvisninger:
Kun **JOBST® Comprihaft®**: Rul først et ca. 20-30 cm langt stykke bind op, inden bandagen anlægges. Kun derved kan man sikre sig et kontinuerligt tryk fra distal til proximalt.

Compridur® og **Comprilan®**: De vedhæftede fikseringsclips må ikke anvendes til fiksering, når bandagen lægges på en patient. På grund af risikoen for utilsigtede skader, er begge clips udelukkende beregnet til transport.

Enhver alvorlig hændelse, som opstår i forbindelse med anvendelse af produktet, skal indberettes til BSN medical Inc. (BSN medical GmbH inden for EU) og den kompetente myndighed i anvendelseslandet.

Date: November 2019

Made in Germany

Keep dry

Keep away from sunlight

Consult instructions for use

MD

Medizinprodukt
Medical Device
Dispositif médica
Producto sanitario
Dispositivo medico
Medisch hulpmiddel
Medicinteknisk produkt
Medisinsk utstyr
Lääkinnällinen laite
Dispositivo médico
Medicinsk udstyr

LATEX FREE FORMULA

Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt
Not made with natural rubber latex
Non fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel
No fabricado con látex de caucho natural
Non prodotto con lattice in gomma naturale
Niet geproduceerd met natuurlijke latex rubber
Inte tillverkat med naturgummilatex
Ikke gjort med naturlig gummi latex
Valmistettu ilman luonnonkumilateksia
Não fabricado com látex de borracha natural
Ikke fremstillet med naturlig gummilatex



Method 2 (drawings 1-4)

Revision: 11/19

JBR13876.03

46050118/44.04

essity

BSN medical Inc.
5825 Carnegie Blvd. · Charlotte, NC 28209 · USA
www.jobst.com

BSN medical GmbH
Quickbornstrasse 24
20253 Hamburg · Germany

10x 60

Compridur®: 78% Baumwolle/cotton
22% Polyamid/polyamide
Comprilan®: 100% Baumwolle/cotton

JOBST® Comprihaft®: Baumwollgewebe mit selbsthaftender Beschichtung
Cotton with cohesiver Layer

Do not re-use