

Sådan bruges Osto - EZ - Vent® (OEV™)

Produkt til udluftning af colo-, ileostomiposer. (LATEX FRI)

VIGTIGT: For at Osto-EZ-Vent® skal fungere korrekt, venligst læs og følg instruktionen nøje.

BEMÆRK: For poser med stofovertræk, klip et lille hul i stoffet så du kan placere Osto-EZ-Vent® direkte på posens inderfolie.

For du begynder: Opbevar Osto-EZ-Vent® ved stuetemperatur. OEV™ skal monteres på posen 24 timer før brug. Når du bestiller OEV™ kan de monteres på poserne på forhånd, så de er klar til brug. Placer OEV™ på stomiposens forside og helt øverst på posen.



Trin 1: Forbered pose og OEV™.



- Fugt en tot bomuldsvat/gazeswab med ren husholdningssprit eller isopropylalkohol (min. 90%).
- Gnid med vat/gaze øverst på posen, der hvor du ønsker at placere Osto-EZ-Vent®. (Figur 1)

Trin 2: Montering af OEV™ på posen.

- Fjern folien bagpå OEV™ uden at berøre den klæbende overflade. (Hvis denne er kold, kan en hårtørrer på få sekunder opvarme OEV™ tapen inden påsætning for at fremme vedhæftningen).
- Åbn OEV™, placer den vandret på det afsprittede område på posen (figur 2).
- Med tommel og pegefinger, tryk fast hele vejen rundt om OEV™ for maximal fastklæbning.

Trin 3: Lav udluftningshul i posen.

- Når OEV™ er sikkert påsat posen, kræng toppen af posen, hvor OEV™ er placeret ned og ud igennem åbningen på stomiposen (ved 2-dels system) eller ned til hullet i klæberen (på 1-dels poser), her stikkes den ene kling af en spids saks/el. lign. gennem hullet i OEV™ så passende, at tarmluft kan forsvinde nemt fra posen.
- Når hullet er lavet, lukkes OEV™ og posen krænges tilbage til normal position (som vist på figur 1). Posen er nu KLAR til brug.
- Osto-EZ-Vent® åbnes for udluftning efter behov - Husk at lukke den igen efter endt udluftning. Bemærk Osto-EZ-Vent® har ingen filtereffekt - så udluftning bør foregå på toiletet eller i det fri!



Spørgsmål til Osto-EZ-Vent®

Kontakt venligst importør af OEV™ i Danmark:

Focuscare Denmark ApS
Hospitals- og sygeplejeartikler
Østervangsvej 21
DK-8900 Randers

T: 49 26 13 99
F: 49 21 02 57
info@focuscare.dk
www.focuscare.dk

Focuscare



Producent: www.kemOnline.com



© 2011 KEM Enterprises, Inc. USA
USPATNO. 6,015,399
All Rights Reserved.

Oktober 2011


Sådan bruges Osto - EZ - Vent® (OEV™)

Produkt til udluftning af colo-, ileostomiposer. (LATEX FRI)

VIGTIGT: For at Osto-EZ-Vent® skal fungere korrekt, venligst læs og følg instruktionen nøje.

BEMÆRK: For poser med stofovertræk, klip et lille hul i stoffet så du kan placere Osto-EZ-Vent® direkte på posens inderfolie.

For du begynder: Opbevar Osto-EZ-Vent® ved stuetemperatur. OEV™ skal monteres på posen 24 timer før brug. Når du bestiller OEV™ kan de monteres på poserne på forhånd, så de er klar til brug. Placer OEV™ på stomiposens forside og helt øverst på posen.



Trin 1: Forbered pose og OEV™.



- Fugt en tot bomuldsvat/gazeswab med ren husholdningssprit eller isopropylalkohol (min. 90%).
- Gnid med vat/gaze øverst på posen, der hvor du ønsker at placere Osto-EZ-Vent®. (Figur 1)

Trin 2: Montering af OEV™ på posen.

- Fjern folien bagpå OEV™ uden at berøre den klæbende overflade. (Hvis denne er kold, kan en hårtørrer på få sekunder opvarme OEV™ tapen inden påsætning for at fremme vedhæftningen).
- Åbn OEV™, placer den vandret på det afsprittede område på posen (figur 2).
- Med tommel og pegefinger, tryk fast hele vejen rundt om OEV™ for maximal fastklæbning.

Trin 3: Lav udluftningshul i posen.

- Når OEV™ er sikkert påsat posen, kræng toppen af posen, hvor OEV™ er placeret ned og ud igennem åbningen på stomiposen (ved 2-dels system) eller ned til hullet i klæberen (på 1-dels poser), her stikkes den ene kling af en spids saks/el. lign. gennem hullet i OEV™ så passende, at tarmluft kan forsvinde nemt fra posen.
- Når hullet er lavet, lukkes OEV™ og posen krænges tilbage til normal position (som vist på figur 1). Posen er nu KLAR til brug.
- Osto-EZ-Vent® åbnes for udluftning efter behov - Husk at lukke den igen efter endt udluftning. Bemærk Osto-EZ-Vent® har ingen filtereffekt - så udluftning bør foregå på toiletet eller i det fri!



Spørgsmål til Osto-EZ-Vent®

Kontakt venligst importør af OEV™ i Danmark:

Focuscare Denmark ApS
Hospitals- og sygeplejeartikler
Østervangsvej 21
DK-8900 Randers

T: 49 26 13 99
F: 49 21 02 57
info@focuscare.dk
www.focuscare.dk

Focuscare



Producent: www.kemOnline.com



© 2011 KEM Enterprises, Inc. USA
USPATNO. 6,015,399
All Rights Reserved.

Oktober 2011


Sådan bruges Osto - EZ - Vent® (OEV™)

Produkt til udluftning af colo-, ileostomiposer. (LATEX FRI)

VIGTIGT: For at Osto-EZ-Vent® skal fungere korrekt, venligst læs og følg instruktionen nøje.

BEMÆRK: For poser med stofovertræk, klip et lille hul i stoffet så du kan placere Osto-EZ-Vent® direkte på posens inderfolie.

For du begynder: Opbevar Osto-EZ-Vent® ved stuetemperatur. OEV™ skal monteres på posen 24 timer før brug. Når du bestiller OEV™ kan de monteres på poserne på forhånd, så de er klar til brug. Placer OEV™ på stomiposens forside og helt øverst på posen.



Trin 1: Forbered pose og OEV™.



- Fugt en tot bomuldsvat/gazeswab med ren husholdningssprit eller isopropylalkohol (min. 90%).
- Gnid med vat/gaze øverst på posen, der hvor du ønsker at placere Osto-EZ-Vent®. (Figur 1)

Trin 2: Montering af OEV™ på posen.

- Fjern folien bagpå OEV™ uden at berøre den klæbende overflade. (Hvis denne er kold, kan en hårtørrer på få sekunder opvarme OEV™ tapen inden påsætning for at fremme vedhæftningen).
- Åbn OEV™, placer den vandret på det afsprittede område på posen (figur 2).
- Med tommel og pegefinger, tryk fast hele vejen rundt om OEV™ for maximal fastklæbning.

Trin 3: Lav udluftningshul i posen.

- Når OEV™ er sikkert påsat posen, kræng toppen af posen, hvor OEV™ er placeret ned og ud igennem åbningen på stomiposen (ved 2-dels system) eller ned til hullet i klæberen (på 1-dels poser), her stikkes den ene kling af en spids saks/el. lign. gennem hullet i OEV™ så passende, at tarmluft kan forsvinde nemt fra posen.
- Når hullet er lavet, lukkes OEV™ og posen krænges tilbage til normal position (som vist på figur 1). Posen er nu KLAR til brug.
- Osto-EZ-Vent® åbnes for udluftning efter behov - Husk at lukke den igen efter endt udluftning. Bemærk Osto-EZ-Vent® har ingen filtereffekt - så udluftning bør foregå på toiletet eller i det fri!



Spørgsmål til Osto-EZ-Vent®

Kontakt venligst importør af OEV™ i Danmark:

Focuscare Denmark ApS
Hospitals- og sygeplejeartikler
Østervangsvej 21
DK-8900 Randers

T: 49 26 13 99
F: 49 21 02 57
info@focuscare.dk
www.focuscare.dk

Focuscare



Producent: www.kemOnline.com



© 2011 KEM Enterprises, Inc. USA
USPATNO. 6,015,399
All Rights Reserved.

Oktober 2011


Sådan bruges Osto - EZ - Vent® (OEV™)

Produkt til udluftning af colo-, ileostomiposer. (LATEX FRI)

VIGTIGT: For at Osto-EZ-Vent® skal fungere korrekt, venligst læs og følg instruktionen nøje.

BEMÆRK: For poser med stofovertræk, klip et lille hul i stoffet så du kan placere Osto-EZ-Vent® direkte på posens inderfolie.

For du begynder: Opbevar Osto-EZ-Vent® ved stuetemperatur. OEV™ skal monteres på posen 24 timer før brug. Når du bestiller OEV™ kan de monteres på poserne på forhånd, så de er klar til brug. Placer OEV™ på stomiposens forside og helt øverst på posen.



Trin 1: Forbered pose og OEV™.



- Fugt en tot bomuldsvat/gazeswab med ren husholdningssprit eller isopropylalkohol (min. 90%).
- Gnid med vat/gaze øverst på posen, der hvor du ønsker at placere Osto-EZ-Vent®. (Figur 1)

Trin 2: Montering af OEV™ på posen.

- Fjern folien bagpå OEV™ uden at berøre den klæbende overflade. (Hvis denne er kold, kan en hårtørrer på få sekunder opvarme OEV™ tapen inden påsætning for at fremme vedhæftningen).
- Åbn OEV™, placer den vandret på det afsprittede område på posen (figur 2).
- Med tommel og pegefinger, tryk fast hele vejen rundt om OEV™ for maximal fastklæbning.

Trin 3: Lav udluftningshul i posen.

- Når OEV™ er sikkert påsat posen, kræng toppen af posen, hvor OEV™ er placeret ned og ud igennem åbningen på stomiposen (ved 2-dels system) eller ned til hullet i klæberen (på 1-dels poser), her stikkes den ene kling af en spids saks/el. lign. gennem hullet i OEV™ så passende, at tarmluft kan forsvinde nemt fra posen.
- Når hullet er lavet, lukkes OEV™ og posen krænges tilbage til normal position (som vist på figur 1). Posen er nu KLAR til brug.
- Osto-EZ-Vent® åbnes for udluftning efter behov - Husk at lukke den igen efter endt udluftning. Bemærk Osto-EZ-Vent® har ingen filtereffekt - så udluftning bør foregå på toiletet eller i det fri!



Spørgsmål til Osto-EZ-Vent®

Kontakt venligst importør af OEV™ i Danmark:

Focuscare Denmark ApS
Hospitals- og sygeplejeartikler
Østervangsvej 21
DK-8900 Randers

T: 49 26 13 99
F: 49 21 02 57
info@focuscare.dk
www.focuscare.dk

Focuscare



Producent: www.kemOnline.com



© 2011 KEM Enterprises, Inc. USA
USPATNO. 6,015,399
All Rights Reserved.

Oktober 2011