Conveen®Active

Coloplast

Urinpose
Benpose med integreret strop

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Brugervejledning
23323088 Version 1
Coloplast logo er et registreret varemærke og tilhører Coloplast A/S. Alle rettigheder forbeholdes.© 2020-03-19

Tilsigtet brug
Urinposen er beregnet til passiv urinopsamling.

Indikationer
Urinposer er beregnet til patienter, som lider af urininkontinens og/eller retention uanset ætiologi.

Advarsler
Genbrug af engangsproduktet anbefales ikke, da dette kan forårsage krydskontamination.

Genanvendelse, rensning, desinficering og/eller (gen)sterilisering kan forringe produktets egenskaber og dermed skabe en yderligere risiko for, at brugeren lider fysisk skade eller får en infektion.

Denne benpose er beregnet til brug for personer, der er oppe af sengen og i bevægelse. Skift til drænagepose til sengekanten med højere kapacitet ved ophold i sengen og under søvn.

Information
Posen er beregnet til engangsbrug.

Posen har en kapacitet på 250 ml og er kun beregnet til brug om dagen.

Posen er designet til brug sammen med uridomer.

Det er ikke nødvendigt at fjerne produktet før en MR-scanning, da det er MR-sikkert.

Coloplast påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der måtte opstå, hvis dette produkt anvendes i strid med Coloplast aktuelle anbefalinger.

Anvendelse

Sådan fastgøres benposen (højre ben)

Forberedelse



Pakningen åbnes ved at rive langs perforeringen. Tag benposen og det lille stykke slange ud.



Slangen har både glatte og rillede sektioner. Indløbskonnektoren (A) er monteret i den ene ende

Slangen kan afkortes ned til halv længde, hvis det foretrækkes. Slangen afkortes simpelthen ved at klippe i den frie ende med en saks lige efter den første rillede sektion. Det er vigtigt at bevare så meget som muligt af den efterfølgende glatte sektion. Det er med til at skabe en sikker forbindelse mellem benpose og slange, når slangen monteres.



Fold posen ud, og find indløbsventilen foroven (B) og udløbsstudsen i bunden af posen (C).



Sæt slangens frie ende på indløbsventilen (B).



Luk udløbsstudsen (C).



Tag beskyttelsesfilmen af det selvklæbende område på bagsiden af opsamlingsposen.

Anvendelse

Hold posen sådan, at indløbskonnektoren (A) vender opad, og udløbsstudsen (C) vender nedad. Det selvklæbende område skal vende ind mod højre lår.

Sæt posen direkte på huden på indersiden af højre lår.

Sørg for at placere posen højt oppe på låret med indløbskonnektoren midt på inderlåret lige under penis. Det sikrer en placering af posen, der tillader behagelig og sikker tilslutning til et uridom.

Første gang, posen sættes på, kan det være nødvendigt at flytte den et par gange for at finde den placering, der passer dig bedst.



Bind den lange del af stroppen omkring dit lår, og brug velcrostoffet til at fastgøre stroppens ende.

Den skal sidde fast men behageligt. Det er ikke nødvendigt at vikle stroppen meget stramt om låret. Det selvklæbende område er med til at holde posen sikkert på plads.



Posen tilsluttes et uridom ved at skubbe posens indløbskonnektor ind i uridomets udløb med et fast tryk.



For at gøre posen mere diskret og behagelig at have på, foldes udløbsstudsen opad og stoppes ind i lommen mellem posen og det yderste elastiske stropmateriale.

Aftagning

Posen skal tømmes, før den bliver helt fuld.

Fold udløbsstudsen ud, og anbring den over toiletkummen.

Tag fat om udløbet med den ene hånd. Klem den fleksible del mellem fingrene. Åbn studsen med den anden hånd. Let trykket på den fleksible del af udsløbsstudsen gradvist, så urinen kan strømme ud.

Husk altid at lukke studsen, når posen er tømt.

Før studsen tilbage i lommen under det elastiske stropmateriale.

Bortskaffelse
Produktet er udelukkende beregnet til engangsbrug og skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer, f.eks. sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Den må ikke skylles ud i toilettet.

Indberetning af utilsigtede hændelser

Hvis en alvorlig utilsigtet hændelse forekommer under eller som følge af brugen af produktet, skal det indberettes til producenten og den nationale myndighed.

Forklaring på symboler

MD	Medicinsk udstyr
CE	Indikerer, at produktet overholder den europæiske lovgivning for medicinsk udstyr
REF	Katalognummer
	Sidste anvendelsesdato. Datoformatet er ÅÅÅÅ-MM-DD
LOT	Batchkode
	Fremstillingsdato. Datoformatet er ÅÅÅÅ-MM-DD
	Producent
	Se brugervejledning
	Må ikke genbruges
UDI	Indikerer, at stregkoden indeholder Unik Udstyrsidentifikation
GTIN	Global Trade Item Number
	Bør ikke udsættes for sollys
	Genanvendelig emballage