(GB)

1. INTENDED USE
The HemoCue® HbA1c 501 Test Cartridge, together with the HemoCue® HbA1c 501 Analyzer, which are parts of the HemoCue® HbA1c 501 System provides a convenient method for measuring the percentage of hemoglobin A1c (HbA1c %) in both capillary and anticoagulated venous whole blood samples. The test is for point of care use to monitoring of glycemic control in patients with diabetes mellitus. The HemoCue® HbA1c 501 system uses a boronate affinity assay to separate the glycated hemoglobin fraction from the nonglycated fraction. The HemoCue HbA1c 501 System is intended to be used by professionals in laboratories, clinics and hospitals.

2. TEST CARTRIDGE
The HemoCue® HbA1c 501 Test Cartridges are intended to be use in the HemoCue® HbA1c 501 Analyzer only.



- Do not touch the cartridge code area, Fingerprints and scratches may affect the recognition of cartridge barcode.

Chamber 1 (reagent solution) contains: 20 v/v % boronate affinity bead, surfactant, 0,1 w/v % nonreactive ingredients, buffer.
Chamber 2 (rinsing solution) contains: surfactant, 0,1 w/v % nonreactive ingredients, buffer.
Additional items needed for testing: Sterile and single-use blood lancet, disposable gloves
tissue, cotton balls, gauze.

3. STORAGE AND USE LIFE
Test Cartridge
Store test cartridges in the protective packaging until use,The test cartridge is stable until the expiration date printed on the package when stored at 2 – 32°C (36 – 90°F). Do not freeze.
Use Life
Use the test cartridge directly after opening it (maximum 2 minutes).
Preparation of the Test Cartridge
Remove test cartridge from protective packaging. If refrigerated, allow to reach room temperature for 30 minutes before use. The operating temperature of the test is 17 – 32°C (63 – 90°F).

4. PRECAUTION/WARNING:
• For professionals use only. • For *in vitro* diagnostic use only. • If refrigerated, allow sealed pouches reach room temperature 30 minutes before use. • Do not use test cartridges after expiry date on label, pouch and box. • Do not use scissors to open the foil pouch. • Handle and dispose of all samples and pipettes following appropriate biohazard procedures. • Wear personal protective equipment when handling all reagents, Samples, quality controls and while operating the HemoCue® HbA1c 501 Analyzer. • Human material containing patient samples, quality controls or biological products should be considered bio hazardous at disposal or treatment. • Do not touch the optical part of the Cartridge. • Dispose all waste in accordance with applicable national and/or local regulations.

5. PROCEDURE
Test Procedure
Please read the relevant Operating Manual for proper use of the system.
Expected Values
The American Diabetes Association's (ADA's) 2014 Clinical Practice Recommendation for diabetes (6) specifies a treatment goal of less than 7 % HbA1c.
Limitation of Test
The HemoCue® HbA1c 501 assay gives accurate and precise results over a total haemoglobin range of 7 to 20 g/dL. Most patients have hemoglobin concentrations within this range. However, patients with severe anemia may have hemoglobin concentrations below 7 g/dL, and patients with polycythemia may have hemoglobin concentrations above 20 g/dL. Patients known to have these conditions should be tested with another method for HbA1c determination.

6. CALIBRATION
HemoCue® HbA1c 501 Analyzer:
The HemoCue® HbA1c 501 Analyzer is factory calibrated. The Analyzer automatically self-adjusts during each power-up and during each assay. An error message will appear if the analyzer is not able to make appropriate internal adjustments.
HemoCue® HbA1c 501 Test Cartridge:
The Test cartridges production, each production lot undergoes a thorough analysis and characterization, before being released.
The HemoCue® HbA1c 501 system test method is National Glycohemo-globin Standardization Program (NGSP) certified. Thus the values of calibration parameters determined to provide an optimal reagent performance, are based on the Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) reference method.
Calibration parameters are printed for each lot of Test Cartridges on the Test Cartridge label. As soon as the Test Cartridge is inserted into the analyzer, the system automatically recognizes the cartridge code. This accesses the appropriate calibration parameter values (calibration curve) for the particular lot number of reagent packs in use.

7. QUALITY CONTROL
Daily check cartridge and Monthly check cartridge are required to run the HemoCue HbA1c 501 system. The system can be verified according to local guidelines using a commercially available HbA1c control. Follow instructions in HemoCue HbA1c 501 operating manual, see section "System check".

8. IFCC STANDARDIZATION
The relationship between HbA1c results from the NGSP network and the IFCC network has been evaluated and a master equation has been developed. IFCC results are consistently 1,5–2 % HbA1c lower throughout the range of values compared to NGSP results. **IFCC value = (1,095 x NGSP value) – 2,350**
As of October 1st, 2008, all IFCC Network Laboratories are reporting their IFCC HbA1c result in mmol/mol. When HbA1c results are expressed as HbA1c %, the equation is as follows. **IFCC, HbA1c [mmol/mol] = 10,93 x NGSP, HbA1c (%) – 23,50**

9. PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Clinical Correlation
The system accuracy evaluation was performed with 151 fresh venous and capillary blood samples, each sample was measured by two different analyzers and in duplicate.
The percentage of HbA1c in clinical specimens ranging from 4,4 % – 13,9 % HbA1c (venous and capillary) was determined using the HemoCue® HbA1c 501, system and ion exchange high performance liquid chromatography (HPLC) instrument.
Results are as follows:

Sample Type	Regression Line	Slope	Intercept	Coefficient of determination (R²)
Venous	y = 0,9972 x + 0,0495	0,9972	0,0495	0,9850
Capillary	y = 0,9973 x + 0,0297	0,9973	0,0297	0,9890
Total	y = 0,9971 x + 0,0329	0,9971	0,0329	0,9886

Precision
Two whole blood samples, ones of approximately 5 % HbA1c (low), and one of approximately 9 % HbA1c (high), were tested over 20 days in four runs per day, for a total of 80 assays per level, The overall, imprecision (including within-day and between-day) was 2,24 % CV at the low level and 2,09 % CV at the high level.
Linearity and Temperature Effects
The HemoCue® HbA1c 501 System has shown a linear response from 4 – 14 % HbA1c using patient samples at an operating temperature of 17–32°C.
Interference Testing/Specificity
Studies were performed to assess the effect of common interfering substances including various common over-the-counter therapeutic agents, One level of 2 % HbA1c was tested, See table below.

INTERFERENT	TEST CONCENTRATION
Acetaminophen	80 mg/dL
Bilirubin	20 mg/dL
Acetylsalicylic acid	50 mg/dL
Caffeine	30 mg/dL
Glyburide	0,19 mg/dL
Ascorbic acid	5 mg/dL
Hydroxyzine dihydrochloride	30 mg/dL

The above interferent, at the levels indicated, were shown to have no effect on the HemoCue® HbA1c 501 System test results.
Effect of Hemoglobin Variants
The Interference (Hb) variant interference studies were performed using samples provided by NGSP. The samples contained the following hemoglobin variants: C, D, E, F and S. Studies have confirmed that no interference for the variants C, D, E, F and S were obtained, but HbF values above 20% may cause unreliable results (less than 20% HbF do not affect results).
REFERENCES
• The Diabetes Control and Complications Trial Research Group, N. Eng. J. Med, 1993. 329, 97–986. • UK Prospective Diabetes Study Group; Lancet 1998, 352, 837–853. • Baynes, J. W., Bunn, H. F., and Goldstein, D. E., et al; National Diabetes Data Group, Report of the Expert Committee on Glucosylated Hemoglobin, Diabetes Care 7 (1984): 602–606 • Koenig, R. J., Peterson, C. M., and Kilo, C., et al, Hemoglobin A1c as an indicator of the degree of glucose intolerance in diabetes, Diabetes 25 (1976): 230–232 • Nathan, D. M., Singer, D. E., Hurxthal, K., and Goodson, J. D. The clinical information value of the glycosylated hemoglobin assay, N. Eng. J. Med, 310 (1984): 341–346 • American Diabetes Association, Standards of Medical Care in Diabetes - 2012, DIABETES CARE, VOLUME 35, SUPPLEMENT 1, JANUARY 2012 • Larsen, M. L., Horder, M., and Mogensen, E. F, Effect of long-term monitoring of glycosylated hemoglobin levels in insulin-dependent diabetes mellitus, N. Eng. J. Med, 323 (1990): 1021–1025 • Nathan, D. M, Hemoglobin A1c - Infatuation or the real thing? N. Eng. J. Med, 323 (1990): 1062–1063 • HemoCue HbA1c 501 Operating Manual



Distributed by:
HemoCue AB
Kuvettgatan 1,
SE-262 71 Ängelholm, Sweden
Phone +46 775 70 02 10
Fax +46 775 70 02 12
www.hemocue.com
E-mail: info@hemocue.se

OSANG Healthcare Co., Ltd
132, Anyangcheondong-ro,
Dongan-gu, Anyang-si,
Gyeonggi-do, Korea (14040)

EC REP Obelis S.A
Bd. General Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2, 732, 59, 54
Fax: +(32) 2, 732, 60, 03
E-mail: mail@obelis.net

REF 405316
IVD
Rev. 2020-02-07
ISO13485
www.hemocue.com

Klinische correlatie
De nauwkeurigheidstest van het systeem is uitgevoerd met 131 verse veneuze en capillaire bloedmonsters. Elk monster is door twee verschillende analyzers en in tweevoud gemeten.
Het HbA1c-percentage in klinische monsters variërend van 4,4 % tot 13,9 % HbA1c (veneus en capillair) is vastgesteld met het HemoCue® HbA1c 501 systeem en een HPLC-instrument (high-performance liquid chromatography) met ionenuitwisseling.
De resultaten:

Monstertype	Regressielijn	Helling	Intercept	Determinatiecoëfficient (R²)
Veneus	y = 0,9972 x + 0,0495	0,9972	0,0495	0,9850
Capillair	y = 0,9973 x + 0,0297	0,9973	0,0297	0,9890
Totaal	y = 0,9971 x + 0,0329	0,9971	0,0329	0,9886

Precisie
Gedurende 20 dagen zijn twee volbloedmonsters getest, één van ongeveer 5 % HbA1c (laag) en één van ongeveer 9 % HbA1c (hoog), met vier analyses per dag en in totaal 80 tests per niveau. De totale nauwkeurigheid (inclusief binnen-dag en dag-tot-dag) was 2,24 % CV op het lage niveau en 2,09 % CV op het hoge niveau.
Lineariteit en temperatuureffecten
Het HemoCue® HbA1c 501 systeem gaf een lineaire respons van 4 % tot 14 % HbA1c in patiëntenmonsters bij gebruik van temperaturen van 17 tot 32 °C.
Interferentietests/Specificiteit
Er is onderzoek uitgevoerd om het effect van veel voorkomende storende stoffen vast te stellen, waaronder diverse gangbare zonder recept verkrijgbare therapeutische agentia, Eris één niveau van 2 % HbA1c getest, Zie de onderstaande tabel.

INTERFERENT	TESTCONCENTRATIE
Paracetamol	80 mg/dL
Bilirubine	20 mg/dL
Acetylsalicylzuur	50 mg/dL
Cafeïne	30 mg/dL
Glyburide (glibenclamide)	0,19 mg/dL
Ascorbinezuur	5 mg/dL
Hydroxyzine–dihydrochloride	30 mg/dL

Het is aangetoond dat bovengenoemde storende stoffen, op de aangegeven niveaus, geen effect hebben op de testresultaten van het HemoCue® HbA1c 501 systeem.
Effect van hemoglobinevarianten
Het interferentieonderzoek van de hemoglobinevariant (Hb) is uitgevoerd met monsters van het NGSP. De monsters bevatten de hemoglobinevarianten: C, D, E, F en S. Onderzoeken hebben uitgewezen dat er geen interferentie is voor de varianten C, D, E, F en S, maar HbF waarden hoger dan 20% kunnen afwijkende resultaten geven (HbF waarden lager dan 20% zullen de resultaten niet beïnvloeden).
REFERENTIES
• The Diabetes Control and Complications Trial Research Group, N. Eng. J. Med, 1993. 329, 97–986. • UK Prospective Diabetes Study Group; Lancet 1998, 352, 837–853. • Baynes, J. W., Bunn, H. F., and Goldstein, D. E., et al; National Diabetes Data Group, Report of the Expert Committee on Glucosylated Hemoglobin, Diabetes Care 7 (1984): 602–606 • Koenig, R. J., Peterson, C. M., and Kilo, C., et al, Hemoglobin A1c as an indicator of the degree of glucose intolerance in diabetes, Diabetes 25 (1976): 230–232 • Nathan, D. M., Singer, D. E., Hurxthal, K., and Goodson, J. D. The clinical information value of the glycosylated hemoglobin assay, N. Eng. J. Med, 310 (1984): 341–346 • American Diabetes Association, Standards of Medical Care in Diabetes - 2012, DIABETES CARE, VOLUME 35, SUPPLEMENT 1, JANUARY 2012 • Larsen, M. L., Horder, M., and Mogensen, E. F, Effect of long-term monitoring of glycosylated hemoglobin levels in insulin-dependent diabetes mellitus, N. Eng. J. Med, 323 (1990): 1021–1025 • Nathan, D. M, Hemoglobin A1c - Infatuation or the real thing? N. Eng. J. Med, 323 (1990): 1062–1063 • HemoCue HbA1c 501 gebruiksaanwijzing

(NL)

1. BEOOGD GEBRUIK
De HemoCue® HbA1c 501 Test Cartridge in combinatie met de HemoCue® HbA1c 501 Analyzer, beide onderdeel van het HemoCue® HbA1c 501 systeem, bieden een geschikte methode voor het meten van het percentage hemoglobine A1c (HbA1c %) in zowel capillaire volbloedmonsters als veneuze volbloedmonsters met anticoagulantgebruik. De test is bedoeld voor Point-of-Care gebruik om de glycemische controle in patiënten met diabetes mellitus te volgen. Het HemoCue® HbA1c 501 systeem maakt gebruik van een boronaataffiniteitstest om de geglyceerde hemoglobinefractie te scheiden van de niet-geglyceerde fractie. Het HemoCue HbA1c 501 systeem is bestemd voor gebruik door professionals in laboratoria, huisartsenpraktijken en ziekenhuizen.

2. TESTCARTRIDGE
De HemoCue® HbA1c 501 testcartridges zijn alleen bedoeld voor gebruik met de HemoCue® HbA1c 501 Analyzer.



- Raak het codegebied van de cartridge niet aan. Vingerafdrukken en krassen kunnen de barcode van de cartridge minder goed leesbaar maken.

Kamer 1 (reagensoplossing) bevat: 20 % v/v boronaataffiniteit-bead, surfactans, 0,1 % w/v niet-reactieve ingrediënten, buffer.
Kamer 2 (spoelingsoplossing) bevat: surfactans, 0,1 w/v % niet-reactieve ingredienten, buffer, Benodigde aanvullende items voor tests: Steriel bloedlancet voor eenmalig gebruik, wegwerphandschoenen doekjes, wattenbollen, gaas.

3. OPSLAG EN LEVENSDUUR
Testcartridge
Bewaar de testcartridge in de beschermende verpakking tot u deze gaat gebruiken, De testcartridge blijft stabiel tot de vervaldatum die op de verpakking staat aangegeven wanneer deze wordt bewaard bij een temperatuur van 2–32 °C (36–90 °F). Niet invriezen.
Levensduur
Gebruik de testcartridge onmiddellijk na opening (binnen maximaal 2 minuten).
Voorbereiding van de testcartridge
Neem de testcartridge uit de beschermende verpakking. Als de cartridge gekoeld wordt bewaard, moet deze 30 minuten voor gebruik uit de koeling worden gehaald om op kamertemperatuur komen. De gebruikstemperatuur van de test is 17–32 °C (63–90 °F).

4. VOORZORGSMAATREGEL/WAARSCHUWING:
• Uitsluitend voor professioneel gebruik. • Uitsluitend bestemd voor in-vitrodiagnostiek. • Als de zakjes gekoeld worden bewaard, moeten de verzegelde zakjes 30 minuten voor gebruik uit de koeling worden gehaald om op kamertemperatuur komen. • Gebruik de testcartridges niet nadat de vervaldatum op het label, het zakje en de doos is verstreken. • Gebruik geen schaar om het folieverpakking te openen. • Volg de laboratoriumprocedures voor biologische risico's bij het gebruik en het afvoeren van alle monsters en pipetten. • Draag persoonlijke beschermingsmiddelen bij het hanteren van alle reagentia en monsters, het uitvoeren van kwaliteitscontroles en het gebruik van de HemoCue® HbA1c 501 Analyzer. • Afvalmateriaal dat patiëntenmonsters, kwaliteitscontroles of biologische producten bevat, moet worden afgevoerd of behandeld als biologisch gevaarlijk afval. • Raak het optische gedeelte van de cartridge niet aan. • Voer alle afval af in overeenstemming met toepasselijke nationale en/of plaatselijke voorschriften.

5. PROCEDURE
Testprocedure
Lees de bijbehorende gebruiksaanwijzing voor een juist gebruik van het systeem.
Verwachte waarden
De Clinical Practice Recommendation 2014 (6) van de ADA (American Diabetes Association) geeft een behandelingsdoel op van lager dan 7 % HbA1c.
Beperkingen van de procedure
De HemoCue® HbA1c 501 test biedt nauwkeurige en exacte resultaten voor totale hemoglobine binnen een bereik van 7 tot 20 g/dL. De meeste patiënten hebben hemoglobineconcentraties die binnen dit bereik vallen. Patiënten met ernstige anemie kunnen echter hemoglobineconcentraties lager dan 7 g/dL (4,3 mmol/L) hebben; patiënten met polycythemie kunnen hemoglobineconcentraties hoger dan 20 g/dL (12,4 mmol/L) hebben. Patiënten waarvan bekend is dat zij deze aandoeningen hebben, moeten met andere methoden worden getest om de HbA1c-waarde te bepalen.

6. KALIBRATIE
HemoCue® HbA1c 501 Analyzer:
De HemoCue® HbA1c 501 Analyzer is in de fabriek gekalibreerd, Bij het opstarten en tijdens elke test stelt de analyzer zichzelf automatisch bij, Er wordt een foutbericht weergegeven als de analyzer niet de juiste interne aanpassingen kan maken.
HemoCue® HbA1c 501 Test Cartridge:
Tijdens het productieproces van de testcartridges, wordt elke partij grondig geanalyseerd en gecontroleerd voordat deze op de markt komt.
De testmethode van het HemoCue® HbA1c 501 systeem heeft het certificaat van het National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP), Dit betekent dat de waarden van kalibratieparameters die zijn vastgesteld om optimale reagenseprestaties te bieden, zijn gebaseerd op de DCCT-referentiemethode (Diabetes Control and Complications Trial).
Kalibratieparameters worden voor elke partij testcartridges op het label van de Test Cartridge afgedrukt. Zodra de testcartridge in de analyzer wordt geplaatst, herkent het systeem automatisch de cartridgecode, Hiermee worden de juiste kalibratieparameterwaarden (kalibratiecurve) opgeroepen voor het specifieke partijnummer van de reagenspakketten in gebruik.

7. KWALITEITSCONTROLE
Dagelijkse controle van cartridge en maandelijkse controle van cartridge zijn vereist voor goed functioneren van het HemoCue HbA1c 501 systeem, Het systeem kan worden gecontroleerd op basis van plaatselijke richtlijnen door HbA1c-controle uit te voeren, Deze is in de handel verkrijgbaar, Volg de instructies in de HemoCue HbA1c 501 gebruiksaanwijzing, zie hoofdstuk "Systeemcontrole".

8. IFCC-STANDAARDISATIE
De relatie tussen HbA1c-resultaten van het NGSP-netwerk en het IFCC-netwerk is geëvalueerd en er is een hoofdvergelijking ontwikkeld, IFCC-resultaten zijn over het gehele bereik consequent 1,5 tot 2 % HbA1c lager dan NGSP-resultaten.
IFCC-waarde = (1,095 x NGSP-waarde) - 2,350
Vanaf 1 oktober 2008 vermelden alle IFCC Network Laboratories hun IFCC HbA1c-resultaten in mmol/mol, Wanneer HbA1c-resultaten als HbA1c-percentage (%) worden uitgedrukt, luidt de vergelijking als volgt: **IFCC, HbA1c[mmol/mol] = 10,93 x NGSP, HbA1c (%) - 23,50**

9. PRESTATIEKENMERKEN
Klinische correlatie
De nauwkeurigheid van het systeem is uitgevoerd met 131 verse veneuze en capillaire bloedmonsters, Elk monster is door twee verschillende analyzers en in tweevoud gemeten.
Het HbA1c-percentage in klinische monsters variërend van 4,4 % tot 13,9 % HbA1c (veneus en capillair) is vastgesteld met het HemoCue® HbA1c 501 systeem en een HPLC-instrument (high-performance liquid chromatography) met ionenuitwisseling.
De resultaten:

Monstertype	Regressielijn	Helling	Intercept	Determinatiecoëfficient (R²)
Veneus	y = 0,9972 x + 0,0495	0,9972	0,0495	0,9850
Capillair	y = 0,9973 x + 0,0297	0,9973	0,0297	0,9890
Totaal	y = 0,9971 x + 0,0329	0,9971	0,0329	0,9886

Precisie
Gedurende 20 dagen zijn twee volbloedmonsters getest, één van ongeveer 5 % HbA1c (laag) en één van ongeveer 9 % HbA1c (hoog), met vier analyses per dag en in totaal 80 tests per niveau, De totale nauwkeurigheid (inclusief binnen-dag en dag-tot-dag) was 2,24 % CV op het lage niveau en 2,09 % CV op het hoge niveau.
Lineariteit en temperatuureffecten
Het HemoCue® HbA1c 501 systeem gaf een lineaire respons van 4 % tot 14 % HbA1c in patiëntenmonsters bij gebruik van temperaturen van 17 tot 32 °C.
Interferentietests/Specificiteit
Er is onderzoek uitgevoerd om het effect van veel voorkomende storende stoffen vast te stellen, waaronder diverse gangbare zonder recept verkrijgbare therapeutische agentia, Eris één niveau van 2 % HbA1c getest, Zie de onderstaande tabel.

INTERFERENTIE	TESTCONCENTRATIE
Paracetamol	80 mg/dL
Bilirubine	20 mg/dL
Acetylsalicylzuur	50 mg/dL
Cafeïne	30 mg/dL
Glyburide (glibenclamide)	0,19 mg/dL
Ascorbinezuur	5 mg/dL
Hydroxyzine–dihydrochloride	30 mg/dL

Het is aangetoond dat bovengenoemde storende stoffen, op de aangegeven niveaus, geen effect hebben op de testresultaten van het HemoCue® HbA1c 501 systeem.
Effect van hemoglobinevarianten
Het interferentieonderzoek van de hemoglobinevariant (Hb) is uitgevoerd met monsters van het NGSP. De monsters bevatten de hemoglobinevarianten: C, D, E, F en S. Onderzoeken hebben uitgewezen dat er geen interferentie is voor de varianten C, D, E, F en S, maar HbF waarden hoger dan 20% kunnen afwijkende resultaten geven (HbF waarden lager dan 20% zullen de resultaten niet beïnvloeden).
REFERENTIES
• The Diabetes Control and Complications Trial Research Group, N. Eng. J. Med, 1993. 329, 97–986. • UK Prospective Diabetes Study Group; Lancet 1998, 352, 837–853. • Baynes, J. W., Bunn, H. F., and Goldstein, D. E., et al; National Diabetes Data Group, Report of the Expert Committee on Glucosylated Hemoglobin, Diabetes Care 7 (1984): 602–606 • Koenig, R. J., Peterson, C. M., and Kilo, C., et al, Hemoglobin A1c as an indicator of the degree of glucose intolerance in diabetes, Diabetes 25 (1976): 230–232 • Nathan, D. M., Singer, D. E., Hurxthal, K., and Goodson, J. D. The clinical information value of the glycosylated hemoglobin assay, N. Eng. J. Med, 310 (1984): 341–346 • American Diabetes Association, Standards of Medical Care in Diabetes - 2012, DIABETES CARE, VOLUME 35, SUPPLEMENT 1, JANUARY 2012 • Larsen, M. L., Horder, M., and Mogensen, E. F, Effect of long-term monitoring of glycosylated hemoglobin levels in insulin-dependent diabetes mellitus, N. Eng. J. Med, 323 (1990): 1021–1025 • Nathan, D. M, Hemoglobin A1c - Infatuation or the real thing? N. Eng. J. Med, 323 (1990): 1062–1063 • HemoCue HbA1c 501 gebruiksaanwijzing

(DE)

1. VERWENDUNGSZWECK
Die HemoCue® HbA1c 501 Test Cartridge bietet zusammen mit dem HemoCue® HbA1c 501 Analyzer, die beide Teil des HemoCue® HbA1c 501 Systems sind, eine bequeme Methode zur Messung des prozentualen Anteils von Hämoglobin A1c (HbA1c %) in kapillaren, sowie antikoagulierten, venösen Vollblut, Der Test ist bestimmt zur Überwachung der Blutzuckerkontrolle von Patienten mit Diabetes mellitus am Point-of-Care. Das HemoCue® HbA1c 501 System nutzt die Boronat-Affinitäts-Methode zur Trennung des glykierten Hämoglobins vom nicht glykierten Anteil. Das HemoCue HbA1c 501 System ist zur Verwendung durch Fachpersonen in Laboren, Kliniken und Krankenhäusern bestimmt.

2. TEST CARTRIDGE
Die HemoCue® HbA1c 501 Test Cartridges dürfen nur mit dem HemoCue® HbA1c 501 Analyzer verwendet werden.



- Berühren Sie nicht den Codebereich der Kartusche, Fingerabdrücke und Kratzer können die Erkennung des Barcodes der Kartusche beeinträchtigen.

Kammer 1 (Reagenzlösung) enthält: 20 v/v % Boronat-Affinitäts-Inopfen, Surfactant, 0,1 w/v % nichtreaktive Inhaltsstoffe, Puffer.
Kammer 2 (Spülösung) enthält: Surfactant, 0,1 w/v % nichtreaktive Inhaltsstoffe, Puffer.
Zusätzliche Produkte, die für den Test erforderlich sind: Sterile Einweg-Blutlanzette, Einmalhandschuhe Tücher, Wattebäusche, Mull,

3. LAGERUNG UND HALTBARKEIT
Test Cartridge
Bewahren Sie die Test Cartridges bis zur Verwendung in der Schutzverpackung auf, Bei einer Lagerung bei 2–32 °C bleibt die Test Cartridge bis zum Verfallsdatum, das auf der Verpackung aufgedruckt ist, stabil, Nicht tiefkühlen.
Nutzungsdauer
Verwenden Sie die Test Cartridge direkt nach dem Öffnen (maximal 2 Minuten).
Vorbereitung der Test Cartridge
Entnehmen Sie die Test Cartridge aus der Schutzverpackung, Wenn diese gekühlt ist, warten Sie vor der Verwendung ca, 30 Minuten bis die Kartusche Raumtemperatur erreicht hat, Die Betriebstemperatur des Tests liegt bei 17–32 °C.

4. VORSICHTSMASSNAHMEN/WARNUNGEN:
• Das System ist nur für den professionellen Einsatz bestimmt. • Nur für den *In-Vitro*-diagnostischen Gebrauch. • Falls die Kartusche gekühlt ist, außerdem warten, warten Sie vor Gebrauch 30 Minuten bis die Kartusche eine geschlossenen Schutzverpackung Raumtemperatur erreicht hat. • Verwenden Sie die Test Cartridges nicht nach dem Verfallsdatum, das auf Etikett, Beutel und Box angegeben ist. • Verwenden Sie keine Scheren zum Öffnen des Folienbeutels. • Handhaben und entsorgen aller Proben und Pipetten mass entsprechend geeigneter Verfahren für biogefährdende Stoffe erfolgen. • Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung, wenn Sie Reagenzien, Proben und Qualitätskontrollen handhaben, und Sie den HemoCue® HbA1c 501 Analyzer bedienen. • Entsorgen Sie restlichen Material in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen und/oder lokalen Bestimmungen.

5. VORGEHENSWEISE
Vorgehensweise beim Test
Zur ordnungsgemäßen Verwendung des Systems lesen Sie bitte die entsprechende Bedienungsanleitung.
Erwartete Werte
Die Clinical Practice Recommendation 2014 der American Diabetes Association (ADA) für Diabetes (6) legt ein Behandlungsziel von weniger als 7 % HbA1c fest.
Grenzen des Verfahrens
Die HemoCue® HbA1c 501 Methode liefert genaue und präzise Ergebnisse für einen Gesamthämoglobinbereich von 7 bis 20 g/dL. Die meisten Patienten zeigen Hämoglobinkonzentrationen innerhalb dieses Bereichs. Patienten mit schwerer Anämie können jedoch Hämoglobinkonzentrationen unter 7 g/dL zeigen, und Patienten mit Polycythaemie können Hämoglobinkonzentrationen über 20 g/dL zeigen. Patienten, bei denen diese Einsetzungen bekannt sind, müssen mit einer anderen Methode zur Bestimmung von HbA1c getestet werden.

6. KALIBRIERUNG
HemoCue® HbA1c 501 Analyzer:
Der HemoCue® HbA1c 501 Analyzer ist werksseitig kalibriert, Der Analyzer stellt sich automatisch bei jedem Einschalten und bei jedem Test selbst ein, Es wird eine Fehlermeldung angezeigt, wenn der Analyzer nicht in der Lage ist, die erforderlichen internen Einstellungen vorzunehmen.
HemoCue® HbA1c 501 Test Cartridge:
Bei der Herstellung der Test Cartridges durchläuft jede Charge vor der Freigabe eine gründliche Analyse und Untersuchung.
Die Testmethode des HemoCue® HbA1c 501 Systems ist nach dem National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP) zertifiziert. Basierend auf den Werten der Kalibrationsparameter, die für die Bereitstellung einer optimalen Reagenzienleistung bestimmt werden, auf der Referenzmethode des Diabetes Control and Complications Trial (DCCT).
Die Kalibrationsparameter werden für jede Charge der Test Cartridges auf das Etikett der Test Cartridge gedruckt. Sobald die Test Cartridge in den Analyzer eingesetzt wird, erkennt das System automatisch den Code der Kartusche. Dies greift dann auf die entsprechenden Kalibrationsparameterwerte (Kalibrationskurve) für die jeweilige Chargennummer des verwendeten Reagenzienpacks zu.

7. QUALITÄTSKONTROLLE
Die Daily Check Cartridge und die Monthly Check Cartridge sind für den Betrieb des HemoCue HbA1c 501 Systems erforderlich. Das System kann gemäß den örtlichen Bestimmungen durch die Verwendung einer handelsüblichen HbA1c-Kontrolle überprüft werden. Befolgen Sie die Anweisungen in der HemoCue HbA1c 501 Bedienungsanleitung, Abschnitt „Systemprüfung".

8. IFCC-STANDARDISIERUNG
Die Beziehung zwischen den HbA1c-Ergebnissen aus dem NGSP-Netzwerk und dem IFCC-Network wurde bewertet, und es wurde eine Mastergleichung erstellt, Die IFCC-Ergebnisse sind im Vergleich zu den NGSP-Ergebnissen über den gesamten Wertebereich um 1,5–2 % HbA1c niedriger. **IFCC-Wert = (1,095 x NGSP-Wert) – 2,350**
Seit dem 1, Oktober 2008 liefern alle Labore des IFCC-Netzwerks ihr IFCC-HbA1c-Ergebnis in mmol/mol, Wenn HbA1c-Ergebnisse als HbA1c % ausgedrückt werden, lautet die Gleichung wie folgt. **IFCC, HbA1c [mmol/mol] = 10,93 x NGSP, HbA1c (%) – 23,50**

9. LEISTUNGSMERKMALE

Vertrieben von:
HemoCue AB
Kuvettgatan 1,
SE-262 71 Ängelholm, Sweden
Tel. +46 775 70 02 10
Fax +46 775 70 02 12
www.hemocue.com
E-Mail: info@hemocue.se

OSANG Healthcare Co., Ltd
132, Anyangcheondong-ro,
Dongan-gu, Anyang-si,
Gyeonggi-do, Korea (14040)

EC REP Obelis S.A
Bd. General Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2, 732, 59, 54
Fax: +(32) 2, 732, 60, 03
E-mail: mail@obelis.net

REF 405316
IVD
Rev. 2020-02-07
ISO13485
www.hemocue.com

(SE)

1. AVSEDD ANVÄNDNING
HemoCue® HbA1c 501 Test Cartridge samt HemoCue® HbA1c 501 Analyzer ingår i HemoCue® HbA1c 501 System som är avsett för mätning av procentenheten hemoglobin A1c, uttryckt i mmol/mol i kapillärt och venöst helblod, bestämt på utspädda och outspädda prov på patienter med diabetes mellitus. HemoCue® HbA1c 501 systemet, som används i HemoCue® HbA1c 501 System är en boronataffinitetsmetod där den glykerade hemoglobinfraktionen separeras från den fraktion som inte glykerats, HemoCue HbA1c 501 är avsett att användas av utbildad labpersonal eller annan personal som utbildats på instrumentet, på sjukhus och inom primärvård.

2. TESTKASSETT
HemoCue® HbA1c 501 Test Cartridge är endast avsedd att användas i HemoCue® HbA1c 501 Analyzer.

- Vidrör inte kassettens kodområde, Fingeravtryck och repor kan påverka igenkänningen av kassettens streckkod.

Kammare 1 (reagenslösning) innehåller: 20 % (v/v) boronataffinitetskulor, yrakitvit medel, 0,1 % (w/v) icke reaktiva bestånddelar, buffert,
Kammare 2 (sköljlösning) innehåller: ytaktivt medel, 0,1 % (w/v) icke reaktiva bestånddelar, buffert, Ytterligare artiklar som behövs för analysen: Steril blodlansett för engångsbruk, engångshandskar, Torv.

3. FÖRVARING OCH HÅLLBARHETSTID
Testkassett
Förvara testkassetter i sin skyddsförpackning tills de ska användas, Testkassetten är stabil fram till det utgångsdatum som är tryckt på förpackningen, om den förvaras vid 2–32 °C, Får inte förvaras i frys.
Hållbarhetstid
Använd kassetten direkt efter att förpackningen öppnats (inom högst 2 minuter).
Förbereda testkassetten
Ta ut testkassetten ur skyddsförpackningen, Om testkassetten förvarats i kylskåp, låt den anta rumstemperatur i 30 minuter före användning, Testets drifttemperatur är 17–32 °C.

4. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER/VARNINGAR:
• Endast för professionell bruk. • Endast för *in vitro*-diagnostik. • Om testkassetten förvarats i kylskåp, låt förslutna påsar anta rumstemperatur i 30 minuter före användning. • Använd inte testkassetter efter det utgångsdatum som är angivet på etikett, påse och förpackning. • Använd inte sax för att öppna folieposen. • Hantera och kassera alla prover och pipetter genom att följa särskilda föreskrifter avseende biologisk fara. • Använd personlig skyddsutrustning när du hanterar alla reagens, prover, kvalitetskontroller och under användning av HemoCue® HbA1c 501 Analyzer. • Avfallsmaterial som innehåller patientprover, kvalitetskontroller eller biologiska produkter bör betraktas som biologiskt farliga vid avfallshantering eller behandling. • Håll ej i eller vidrör kassettens optiskdel. • Kassera all

FI

1. KÄYTTÖKOHDE
HemoCue® HbA1c 501 -järjestelmän osat HemoCue® HbA1c 501 Test Cartridge -testikasetti ja HemoCue® HbA1c 501 Analyzer -laite tarjoavat käytännöllisen menetelmän hemoglobiini A1c:n mittaamiseen seka kapillaarikokoverinäytteistä että koagulaatiomoitoisia verokokoverinäytteistä. Testi on tarkoitettu vientiesittäjäkumpi ja diabetesta sairastavien potilaiden seurantaan (osaamisen seurantaan). HbA1c 501 -järjestelmä käyttää boorihappo-affiniteettiekaboon perustuvaa analyysia, jolla eroteaan glykoituneet hemoglobiinijakeet ei-glykoituneista jakeista. HemoCue® HbA1c 501 -järjestelmä on tarkoitettu ammattikäyttöön laboratoriossa, valmistuneiden ja sairaalassa.

2. TESTIKASETTI
HemoCue® HbA1c 501 Test Cartridge -testikasetit on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan HemoCue® HbA1c 501 Analyzer -laitteessa.

• Älä koske kasetin koodilueeseen. Sormenjäljet ja raaimmat voivat vaikuttaa kasetin virheelliseen tunnistukseen.

Kammio 1 (reagenssiliuos) sisältää: 20 v/v % boorihappoaffiniteettihelmi. pinta-aktiivinen aine. 0,1 w/v % reagoimattoma aineosia, puskuri.
Kammio 2 (huuhtelupuskuri) sisältää: pinta-aktiivinen aine, 0,1 w/v % reagoimattomia aineosia, puskuri. Mittaamassa tarvittavat muut tarvikkeet: Steriili kertakäyttöinen janeetti, kerakäyttökäsineet (kertapaperia, vanupuolia, sideharsoa.

3. SÄILYTYS JA VAROTTUKSET.
Test Cartridge
Säilytä testikasetit suojapakkauksessa ennen käyttöä. Testikasetti on käyttökelpoinen pakkauksen painettuun viimeiseen käyttöpäivään asti, jos sitä on säilytetty 2–32 °C:n lämpötilassa. Älä jäädytä.
Käyttöalue
Käytä testikasetti välittömästi avoamisen jälkeen (enintään kahden minuutin kuluessa).
Testikasetin valmistelu
Ota testikasetti pois suojapakkauksestaan. Jos kasetin säilytetään kylmässä, anna sen lämmetä huoneenlämpöön 30 minuutita ennen käyttöä. Testin käyttölamppita on 17–32 °C.

4. VAROTOIMET JA VAROTTUKSET.
• Vain ammattikäyttöön. Vain in vitro –diagnostiikkaan. • Jos kasetita säilytetään kylmässä, anna sitäjuurtten pursien lämmetä huoneenlämpöön 30 minuutita ennen käyttöä. • Älä käytä testikasetteja niiden eikelttiin, pussiin ja laatikoon merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen. • Älä käytä sakia toiopuosin avaneiden. • Käsittele ja hävitä kaikki näytteet ja pipetit soveltuvia tartuntavaaralliset materiaalien havittimistä koskevien määräysten mukaisesti. • Käytä henkilösuojaimia käsitellessäsi reagenssia. näytteita ja aineosien kontrollikokoisia ja käyttäessäsi HemoCue® HbA1c 501 Analyzer -laitetta. • Pottiaalinäytteet, laatunvalvonnan kontrolliliuokset ja biologisista tuotteista sisältävä jätemateriaalia on pidettävä tartuntavaaralisena materiaalina sitä hävitettäessä tai käsiteltäessä. • Älä koske kasetin optiseesi luettavaan alueeseen. • Hävitä käytetyjätteet sovellusvien konsalloisen jätteiden paikallisten määräysten mukaisesti.

5. TOIMENPITEET
Testvioinnepide
Lue käyttöohjeet järjestelmän oikean käytön takaamiseksi.
Väteanrot
American Diabetes Association (ADA):n 2010-ajeen vuoden 2014 diabetesta koskeva kliininen hoitosuositus (6) määritää hoitotavoitteeksi alle 7 %:n HbA1c-arvon.
Toimenpiteen rajoitukset
HemoCue® HbA1c 501 -analyysi antaa tarkkoja ja täsmällisiä tuloksia kokonaishemoglobiinin mittausalueella 7–20 g/dl (4,3–12,4 mmol/l). Useimpien potilaiden hemoglobiinipitoisuudet asettuvat tälle mittausalueelle. Vakavaa anemiaa sairastavilla potilailla voi olla yli 200 g/l:n (20 g/dl:n) hemoglobiinipitoisuuksia. Potiaat, joilla tiedetään olevan tällaista sairautta, olisi testattava ensiksi menetelmällä HbA1c:n määrittämiseksi.

6. KALIBROINTI
HemoCue® HbA1c 501 Analyzer:
HemoCue® HbA1c 501 Analyzer on kalibroitu tehtaalla. Laite säätää itsensä automaattisesti jokaisen käynnistyksen ja jokaisen analyysin yhteydessä. Laite antaa virheilmoituksen, jos se ei pysty tekemään tarvittavia sisäisiä säätöjä.
HemoCue® HbA1c 501 Test Cartridge:
Testikasetteja valmistetaessa jokainen tuotantoerä analysoidaan ja tulokset perusteetiesiksi ennen eräin vapauttamista. HemoCue® HbA1c 501 -järjestelmän testimenetelmä on National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP) -ohjeinen hyväksymä, joten optimaalisa reagenssien suoritussyky määritävät kellorolitiparemmehrvot perustuvat Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) -tutkimukun referenssimenetelmäs.
Kalibrointiparametrit tulostetaan jokaisen testikasetitan etiketin. Kun testikasetti asetetaan laitteeseen, järjestelmä tunnistaa kasetin koodin automaattisesti. Näin saadaan käyttöön oikeat kalibro intiparametrinarvot (kalibrointikäyrä) kyseisille säiliöille ja tiivaile mrsessäkohtaisella HbA1c:n määritämisellä.

7. LAADUNVALVONTA
Päivittäinen tarkistuskuvaustti ja kuukausittainen tarkistuskesti ovat välttämättömiä HemoCue® HbA1c 501 -järjestelmää käyttäessä. Järjestelmän toiminnan voi tarkistaa pakollisten määräysten mukaan mittaamalla kaupallisen HbA1c-kontrollinäyte. Seuraa HemoCue® HbA1c 501 -järjestelmän käyttöohjeita, ks. luku "Järjestelmän tarkistus".

8. IFCC-STANDARDOINTI
NGSP-verkostoon ja IFCC-verkoston i-HbA1c-tulosten välinen suhde on arvioitu ja siitä on luotu pätyhtälö. IFCC-tulokset ovat johdonmukaisesti 1,5–2 % HbA1c matalampia kuin mittausarvoalueilla verrattuna NGSP-tuloksiin. **IFCC-arvo = (1,009 x NGSP-arvo) – 2,350**

8. IFCC-STANDARDOINTI
NGSP-verkostoon ja IFCC-verkoston laboratoriot raportoivat IFCC:n HbA1c-tulokset mmol/mol-arvoina. Kun HbA1c-tulokset ilmaistaan HbA1c %-arvona, yhtälö on seuraavanlainen. **IFCC, HbA1c (mmol/mol) = 10,93 x NGSP, HbA1c (%) – 23,50**

9. SUORITUSOMINAISUUDET
Kliininen korrelaatio
Evaluoinnigen af systemets nøjagtighed blev udført med 131 prøver af friskt venøst og kapillært blod, idet hver prøve blev analyseret ved brug af to forskellige instrumenter og ved dobbeltbestemmelse.
% HbA1c kliniske prøver med 4.4 % – 15.9 % HbA1c bestod af kapillært blod/blev testet ved brug af HemoCue® HbA1c 501 systemet og af konventionelle HPLC-instrumenter.
Resultaterne er som følger:

Prøvemateriale	Regressionslinje	Slope	Intercept	Determinations-koefficient (R²)
Venøst	y = 0,9972 x + 0,0495	0,9972	0,0495	0,9850
Kapillært	y = 0,9973 x + 0,0297	0,9973	0,0297	0,9890
Total	y = 0,9971 x + 0,0329	0,9971	0,0329	0,9886

Præcision
De indgivne prøver, en på ca. 5 % HbA1c (lavt niveau) og en på ca. 9 % HbA1c (højt niveau), blev testet over 20 dage med fire serier pr. dag, hvilket gav i alt 80 analyser pr. niveau. Den totale præcision (både inden for samme dag og fra dag til dag) var 2,24 % CV ved det lave niveau og 2,09 % CV ved det høje niveau.
Linearitet og temperaturafhængighed
HemoCue® HbA1c 501 systemet har vist sig at være lineært i et lineær sammenhæng fra 4 % til 14 % HbA1c ved brug af patientprøver ved en arbejdstemperatur på 17–32 °C.
Interferentstest/specificitet
Der blev udført undersøgelser med henblik på at vurdere virkningen af almindelige interferenstoffer, herlbandt forskellige almindelige terapeutiske midler, der kan kødes i håndkeb, Er i nveau HbA1c % blev testet. Se skema nedenfor.

INTERFERENT	KONCENTRATION
Acetaminofen	80 mg/dL
Bilirubin	20 mg/dL
Acetylsalicylsyre	50 mg/dL
Koffein	30 mg/dL
Glyburid	0,19 mg/dL
Ascorbinsyre	5 mg/dL
Hydroxyzinhydroklorid	30 mg/dL

Det blev påvist, at overvejende interferenter ikke havde nogen indvirkning på HemoCue® HbA1c 501 systemets testresultater ved de angivne koncentrationer.
Hemoglobinvariantens påvirkning
Interferensundersøgelserne af hemoglobinvarianter blev udført ved brug af prøver fra NGSP. Prøverne indeholdt: hemoglobin variantierne C, D, E, F og S. Undersøgelser har bekræftet, at der ikke sinne påvirkes interferens for variantierne C, D, E, F and S. men ved mere end 20% HbF kan ses spildelige resultater (Mindre end 20% HbF påvirker ikke resultaterne).
REFERENCER
• The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. N. Eng. J. Med. 1993. 329. 977–986. • UK Prospective Diabetes Study Group; Lancet 1998, 352, 837–853. • Baynes, J. W., Bunn, H. F., and Goldstein, D. E., et al. National Diabetes Data Group. Report of the Expert Committee on Glucosylated Hemoglobin. Diabetes Care 7 (1984): 602–606 • Koenig, R. J., Peterson, C. M., and Kilo, C., et al. Hemoglobin AIc as an indicator of the repsre of glucose intolerance in diabetes. Diabetes 25 (1976): 230–232 • Nathan, D. M., Singer, D. E., Hurwitz, K., and Goodman, D. The clinical information value of the glycosylated hemoglobin assay. N. Eng. J. Med. 310 (1984) 341–346 • American Diabetes Association, Standards of Medical Care in Diabetes – 2012. DIABETES CARE, VOLUME 35, SUPPLEMENT 1, JANUARY 2012 • Larsen, M. L., Horder, M., and Mogensen, E. F. Effect of long-term monitoring of glycosylated hemoglobin levels in insulin-dependent diabetes mellitus. N. Eng. J. Med. 323 (1990): 1021–1025 • Nathan, D. M. Hemoglobin AIc - Infatuation or the real thing? N. Eng. J. Med. 323 (1990): 1062–1063 • HemoCue HbA1c 501 -käyttöopas



Correlación clínica
La evaluación de la precisión del sistema se realizó con 131 muestras de sangre capilar y venosa frescas: cada muestra se midió con dos analizadores distintos y por duplicado.
El porcentaje de HbA1c en muestras clínicas de 4,4 % al 15,9 % de HbA1c (venosas y capilares) se determinó usando el sistema HemoCue® HbA1c 501 y un instrumento de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).
Los resultados son los siguientes:

Tipo de muestra	Línea de regresión	Pendiente	Intersección	Coeficiente de determinación (R²)
Venosa	y = 0,9972 x + 0,0495	0,9972	0,0495	0,9850
Capilar	y = 0,9973 x + 0,0297	0,9973	0,0297	0,9890
Total	y = 0,9971 x + 0,0329	0,9971	0,0329	0,9886

Precisión
Se analizaron dos muestras de sangre total, una de aproximadamente el 5 % de HbA1c (bajo) y otra de aproximadamente el 9 % de HbA1c (alto), durante 20 días cuatro veces al día, durante un total de 80 ensayos por nivel. La imprecisión global (que incluye diferenci del día y entre el día) fue del 2,24 % de CV en el nivel bajo y del 2,09 % de CV en el nivel alto.
Linealidad y efectos de temperatura
El sistema HemoCue® HbA1c 501 ha mostrado una respuesta lineal del 4 % al 14 % de la HbA1c utilizando muestras de pacientes a una temperatura de funcionamiento de 17 a 32 °C.
Análisis de interferencia de hemoglobina
Se llevaron a cabo estudios para evaluar el efecto de as sustancias que interfieren más habitualmente, incluidos varios agentes terapéuticos comunes sin receta. Se analizó un nivel de % HbA1c. Vea la tabla siguiente.

INTERFERENTE	CONCENTRACION DEL ANALISIS
Paracetamol	80 mg/dL
Bilirrubina	20 mg/dL
Ácido acetilsalicílico	50 mg/dL
Cafeína	30 mg/dL
Glibuirida	0,19 mg/dL
Ácido ascórbico	5 mg/dL
Diclorhidrato de hidroxizina	30 mg/dL

Se demostró que las sustancias analizadas, en los niveles indicados, no tienen ningún efecto en los resultados del análisis realizado con el sistema HemoCue® HbA1c 501.
Efecto de interferencia de hemoglobina
Los estudios de interferencia en las variantes de hemoglobina (Hb) se realizaron con muestras proporcionadas por el NGSP. Las muestras contenían las variantes de hemoglobina C, D, E, F y S. Los estudios confirmaron que no se observaron interferencias para las variantes C, D, E, F y S, pero valores de HbF superiores al 20% pueden originar resultados no fiables. (Valores de HbF inferiores al 20% no afectan los resultados).
REFERENCIAS
• The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. N. Eng. J. Med. 1993. 329. 977–986. • UK Prospective Diabetes Study Group: Lancet 1998, 352, 837–853. • Baynes, J. W., Bunn, H. F., and Goldstein, D. E., et al. National Diabetes Data Group. Report of the Expert Committee on Glucosylated Hemoglobin. Diabetes Care 7 (1984): 602–606 • Koenig, R. J., Peterson, C. M., and Kilo, C., et al. Hemoglobin AIc as an indicator of the repsre of glucose intolerance in diabetes. Diabetes 25 (1976): 230–232 • Nathan, D. M., Singer, D. E., Hurwitz, K., and Goodman, D. The clinical information value of the glycosylated hemoglobin assay. N. Eng. J. Med. 310 (1984) 341–346 • American Diabetes Association, Standards of Medical Care in Diabetes – 2012. DIABETES CARE, VOLUME 35, SUPPLEMENT 1, JANUARY 2012 • Larsen, M. L., Horder, M., and Mogensen, E. F. Effect of long-term monitoring of glycosylated hemoglobin levels in insulin-dependent diabetes mellitus. N. Eng. J. Med. 323 (1990): 1021–1025 • Nathan, D. M. Hemoglobin AIc - Infatuation or the real thing? N. Eng. J. Med. 323 (1990): 1062–1063 • Manuale d'uso HemoCue HbA1c 501



ES

1. USO PREVISTO
El HemoCue® HbA1c 501 Test Cartridge, junto con el HemoCue® HbA1c 501 Analyzer, son partes del sistema HemoCue® HbA1c 501, que proporcionan un método práctico para medir el porcentaje de hemoglobina A1c (% HbA1c) en muestras de sangre total de sangre capilar recogida y capilar. Este análisis está pensado para utilizarse en los puntos de atención al paciente (point of care) a fin de supervisar el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus. El sistema HemoCue® HbA1c 501 utiliza un ensayo de afinidad con boronato para separar la fracción de hemoglobina glucosilada de la fracción no glucosilada. El sistema HemoCue HbA1c 501 está indicado para uso profesional en laboratorios, clínicas y hospitales.

2. CARTUCHO DE ANÁLISIS
Los HemoCue® HbA1c 501 Test Cartridges solo están indicados para utilizarse en el HemoCue® HbA1c 501 Analyzer.

• No toque el área del código del cartucho. Las huellas y los arañazos pueden impedir el reconocimiento del código de barras del cartucho.

La cámara 1 (solución de reactivo) contiene: 20 v/v % de microesferas de afinidad con boronato, agente tensioactivo, 0,1 p/v % de componentes no reactivos, amortiguador.
La cámara 2 (solución de lavado) contiene: agente tensioactivo, 0,1 p/v % de componentes no reactivos, amortiguador.
Elementos adicionales necesarios para el análisis: lanceta de sangre estéril de un solo uso, guantes desechables, toallitas de algodón y gasa.

3. CONSERVACIÓN Y USO
Cartucho de análisis
Guarde los cartuchos de análisis dentro del embalaje de protección hasta que vaya a utilizarlos. El cartucho de análisis permanece estable hasta la fecha de caducidad impresa en el embalaje si se conserva a una temperatura de entre 2 y 32 °C. No congelar.
Uso
Utilice el cartucho de análisis inmediatamente después de abrir (2 minutos como máximo).
Preparación del cartucho de análisis
Extraiga el cartucho de análisis del embalaje de protección. Si está refrigerado, espere 30 minutos a que se alcance la temperatura ambiente antes de utilizarlo. La temperatura de funcionamiento del análisis se situa entre los 17 y los 32 °C.

4. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
• Solo para uso profesional. • Solo para uso diagnóstico in vitro. • Si están refrigerados, espere 30 minutos a que los cartuchos alcancen la temperatura ambiente antes de utilizarlos. • No utilice los cartuchos de análisis después de la fecha de caducidad que aparece en la etiqueta, bolsa o caja. • No utilice tijeras para abrir la bolsa de aluminio. • Manipule y elimine todas las muestras y pipetas de acuerdo con los procedimientos de peligro biológico pertinentes. • Lleve equipos de protección personal para manipular muestras, los reactivos, muestras y controles de calidad y para utilizar el HemoCue® HbA1c 501 Analyzer. • Los materiales desechables que contienen muestras de pacientes, controles de calidad o productos biológicos deben tratarse y eliminarse como si fueran biológicamente peligrosos. • No toque la pieza óptica del cartucho. • Elimine todos los residuos de acuerdo con las normativas nacionales y locales aplicables.

5. PROCEDIMIENTO
Procedimiento de análisis
Consulte el manual de funcionamiento para hacer un uso adecuado del sistema.
Valores esperados
Las recomendaciones para la práctica clínica en diabetes 2014 (6) de la American Diabetes Association (ADA) especifican un objetivo de tratamiento inferior al 7 % de HbA1c.
Limitación del procedimiento
El HemoCue® HbA1c 501 ofrece resultados exactos y precisos dentro de un intervalo de hemoglobina total de 7 a 20 g/dL. La mayoría de los pacientes tienen concentraciones de hemoglobina dentro de este intervalo. No obstante, los pacientes con anemia grave pueden tener concentraciones de hemoglobina inferiores a 7 g/dL y los pacientes policitemia pueden tener concentraciones de hemoglobina superiores a 20 g/dL. En estos casos, los pacientes se deben analizar con otros métodos para determinar la HbA1c.

6. CALIBRACIÓN
HemoCue® HbA1c 501 Analyzer:
El HemoCue® HbA1c 501 Analyzer viene calibrado de fábrica. El analizador se autoajusta automáticamente durante cada encendido y cada ensayo. Aparecerá un mensaje de error si el analizador no puede realizar los ajustes internos pertinentes.
HemoCue® HbA1c 501 Test Cartridge:
En la producción de cartuchos de análisis, cada lote de producción se somete a un exhaustivo análisis y caracterización antes de comercializarse.
El método de análisis del sistema HemoCue® HbA1c 501 es el certificado por el Programa Nacional de Estandarización de la Glucohemoglobina (NGSP), cuenque los valores de parámetros de calibración se determinados para proporcionar un rendimiento óptimo de los reactivos se basan en el método de referencia del Ensayo sobre el Control de la Diabetes y sus Complicaciones (DCCT).
Los parámetros de calibración se imprimen para cada lote de cartuchos de análisis en la etiqueta del cartucho de análisis. Cuando se introduce el cartucho de análisis en el analizador, el sistema reconoce automáticamente el código del cartucho. Este accede a los valores de los parámetros de calibración adecuados (curva de calibración) para el número de lote concreto de los paquetes de reactivos utilizados.

7. CONTROL DE CALIDAD
Para un funcionamiento adecuado del sistema HemoCue HbA1c 501 se necesitan el cartucho de comprobación diaria y el cartucho de comprobación mensual. El sistema se puede verificar según la normativa local mediante un control de HbA1c disponible en el mercado. Siga las instrucciones del manual de funcionamiento del HemoCue HbA1c 501 y consulte la sección "Comprobación del sistema".

8. ESTANDARIZACIÓN DE LA IFCC
Se ha evaluado la relación entre los resultados de la HbA1c proporcionados de las redes NGSP e IFCC y se ha desarrollado la ecuación maestra. Los resultados de la IFCC son entre un 1,5 y un 2 % de HbA1c inferiores en todo el intervalo de valores en comparación con los resultados del NGSP. **Valor IFCC = (1,093 x valor NGSP)-2,350**
A partir del 1 de octubre de 2008, todos los laboratorios de la red IFCC notificarán su resultado de HbA1c de la IFCC en mmol/mol. Cuando los resultados de HbA1c se expresan como % de HbA1c, la ecuación es la siguiente: **IFCC, HbA1c (mmol/mol) = 10,93 x NGSP, HbA1c (%)-23,50**

9. CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO
Correlación clínica
La evaluación de la precisión del sistema se realizó con 131 muestras de sangre capilar y venosa frescas: cada muestra se midió con dos analizadores distintos y por duplicado.
El porcentaje de HbA1c en muestras clínicas de 4,4 % al 15,9 % de HbA1c (venosas y capilares) se determinó usando el sistema HemoCue® HbA1c 501 y un instrumento de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).
Los resultados son los siguientes:

Tipo de muestra	Línea de regresión	Pendiente	Intersección	Coeficiente de determinación (R²)
Venosa	y = 0,9972 x + 0,0495	0,9972	0,0495	0,9850
Capilar	y = 0,9973 x + 0,0297	0,9973	0,0297	0,9890
Total	y = 0,9971 x + 0,0329	0,9971	0,0329	0,9886

Precisión
Se analizaron dos muestras de sangre total, una de aproximadamente el 5 % de HbA1c (bajo) y otra de aproximadamente el 9 % de HbA1c (alto), durante 20 días cuatro veces al día, durante un total de 80 ensayos por nivel. La imprecisión global (que incluye diferenci del día y entre el día) fue del 2,24 % de CV en el nivel bajo y del 2,09 % de CV en el nivel alto.
Linealidad y efectos de temperatura
El sistema HemoCue® HbA1c 501 ha mostrado una respuesta lineal del 4 % al 14 % de la HbA1c utilizando muestras de pacientes a una temperatura de funcionamiento de 17 a 32 °C.
Análisis de interferencia de hemoglobina
Se llevaron a cabo estudios para evaluar el efecto de as sustancias que interfieren más habitualmente, incluidos varios agentes terapéuticos comunes sin receta. Se analizó un nivel de % HbA1c. Vea la tabla siguiente.

INTERFERENTE	CONCENTRACION DEL ANALISIS
Paracetamol	80 mg/dL
Bilirrubina	20 mg/dL
Ácido acetilsalicílico	50 mg/dL
Cafeína	30 mg/dL
Glibuirida	0,19 mg/dL
Ácido ascórbico	5 mg/dL
Diclorhidrato de hidroxizina	30 mg/dL

Se demostró que las sustancias analizadas, en los niveles indicados, no tienen ningún efecto en los resultados del análisis realizado con el sistema HemoCue® HbA1c 501.
Efecto de interferencia de hemoglobina
Los estudios de interferencia en las variantes de hemoglobina (Hb) se realizaron con muestras proporcionadas por el NGSP. Las muestras contenían las variantes de hemoglobina C, D, E, F y S. Los estudios confirmaron que no se observaron interferencias para las variantes C, D, E, F y S, pero valores de HbF superiores al 20% pueden originar resultados no fiables. (Valores de HbF inferiores al 20% no afectan los resultados).
REFERENCIAS
• The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. N. Eng. J. Med. 1993. 329. 977–986. • UK Prospective Diabetes Study Group: Lancet 1998, 352, 837–853. • Baynes, J. W., Bunn, H. F., and Goldstein, D. E., et al. National Diabetes Data Group. Report of the Expert Committee on Glucosylated Hemoglobin. Diabetes Care 7 (1984): 602–606 • Koenig, R. J., Peterson, C. M., and Kilo, C., et al. Hemoglobin AIc as an indicator of the repsre of glucose intolerance in diabetes. Diabetes 25 (1976): 230–232 • Nathan, D. M., Singer, D. E., Hurwitz, K., and Goodman, D. The clinical information value of the glycosylated hemoglobin assay. N. Eng. J. Med. 310 (1984) 341–346 • American Diabetes Association, Standards of Medical Care in Diabetes – 2012. DIABETES CARE, VOLUME 35, SUPPLEMENT 1, JANUARY 2012 • Larsen, M. L., Horder, M., and Mogensen, E. F. Effect of long-term monitoring of glycosylated hemoglobin levels in insulin-dependent diabetes mellitus. N. Eng. J. Med. 323 (1990): 1021–1025 • Nathan, D. M. Hemoglobin AIc - Infatuation or the real thing? N. Eng. J. Med. 323 (1990): 1062–1063 • Manuale de istruzioni HemoCue HbA1c 501

RU

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Тест-картридж HemoCue® HbA1c 501 Test Cartridge, пакеты с анализатором HemoCue® HbA1c 501 Analyzer являются частью системы HemoCue® HbA1c 501, обеспечивающих удобный метод измерения процента гемоглобина A1c (HbA1c %) в образцах капиллярной и обработанной антикоагулянтом венозной крови. Предназначено для применения вместо мониторинга у постели больного для оценки уровня контроля диабета. Для определения доли гликозилированного гемоглобина система HemoCue HbA1c 501 использует аффинность к боронату. Система предназначена для использования в лабораториях, клиниках и госпиталях.

2. ТЕСТ-КАРТРИДЖ
Тест-картриджи HemoCue® HbA1c 501 Test Cartridge предназначены только для использования в анализаторе HemoCue® HbA1c 501 Analyzer.

* Не касайтесь зоны кода. Отпечатки пальцев и царапины могут препятствовать распознаванию штрих-кода картриджа.

Камера 1 (раствор реактивов) содержит: 20 % (v/v) гранул бороавлятного сродства, сурфактант, 0,1 % (m/v) неактивных ингредиентов, буфер.
Камера 2 (промывочный раствор) содержит: сурфактант, 0,1 % (m/v) неактивных ингредиентов, буфер. Дополнительные потщие, необходимые для анализа: Стерильная одноразовая игла-скарификатор, одноразовые перчатки тканы, бинтов тампоны, марля.

3. ХРАНЕНИЕ И СРОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Тест-картридж
Храните тест-картриджи в защитной упаковке вплоть до использования. Тест-картриджи стабильны при хранении при температуре 2–32°C (36–90°F) до истечения срока хранения, указанного на упаковке. Не замораживайте тест-картридж.
Срок использования
Используйте тест-картридж непосредственно после вскрытия упаковки (не позднее, чем через 2 минуты).
Подготовка тест-картриджа
Извлеките тест-картридж из защитной упаковки. Если картридж хранился в холодильнике, выдержите его при комнатной температуре в течение 30 минут перед использованием. Рабочая температура теста составляет 17–32°C (63–90°F).

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Только для профессионального применения. • Только для диагностики in vitro. • Если картридж охлаждали в холодильнике, выдержите до достижения комнатной температуры в течение 30 минут перед использованием. • Не используйте картридж по истечении срока хранения, указанного на этикетке, пакете и коробке. • Не используйте ножницы для вскрытия пакета из фольги. • Обращайтесь и уничтожайте все образцы и пипетки в соответствии с правилами для работы с материалом, представляющим биологическую опасность. • Надевайте персональные защитные средства, когда имеете дело с любыми реактивами, образцами, эталонами качества и при использовании анализатора HemoCue® HbA1c 501 Analyzer. • Отходы материалов, содержащие образцы пациентов, контрольные образцы, продукты на основе биологических материалов, как биологически опасные при их утилизации и обработке. • Не касайтесь оптических частей картриджа. • Утилизируйте все отходы в соответствии с действующими национальными и/или местными нормативами.

5. ПРОЦЕДУРА
Процедура анализа
Для надлежащего использования системы прочтите, пожалуйста, соответствующее руководство по применению.
Ожидаемые значения
Рекомендации по клинической практике при диабете 2014 г. Американской диабетической ассоциации (ADA) (6) устанавливает целевой терапевтический показатель ниже 7 % HbA1c.
Ограничения процедуры
Метод HemoCue® HbA1c 501 дает точные и прецизионные результаты по общему гемоглобину в интервале от 7 до 20 г/дл. Большинство пациентов имеют концентрации гемоглобина укладываются в данный диапазон. Однако у пациентов с анемией в тяжелой степени концентрации гемоглобина ниже 7 г/дл, а у пациентов с полицитемией концентрации гемоглобина могут превышать 20 г/дл. Пациенты с такими диагнозами должны обследоваться с помощью других методов определения HbA1c.

6. КАЛИБРОВКА
Анализатор HemoCue® HbA1c 501 Analyzer:
Анализатор HemoCue® HbA1c 501 Analyzer имеет заводскую калибровку. Анализатор настраивается автоматически при каждом подключении и в процессе каждого анализа. При невозможности выполнения анализатором соответствующих внутренних настроек на дисплее отображается сообщение об ошибке.
Тест-картридж HemoCue® HbA1c 501 Test Cartridge:
При производстве тест-картриджей каждая партия изделий подвергается детальному анализу и оценке перед ее выпуском в обращение.
Метод анализа HemoCue® HbA1c 501 сертифицирован в Национальной программе стандартизации по гликогемоглобину (NGSP), так что значения калибровочных параметров, обеспечивающие оптимальные функционирование реактивов, основаны на эталонном методе Контроля над диабетом и изучения осложнений (DCCT).
Калибровочные параметры указаны для каждой партии тест-картриджей на этикетке картриджа. При установке тест-картриджа в анализатор система автоматически распознает код картриджа. Это обеспечивает доступ к соответствующим значениям параметров калибровки (калибровочной кривой) для определенного номера партии используемых реактивных блоков.

7. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Применение HemoCue® HbA1c 501 требует использования ежедневного проверочного картриджа и ежемесячного проверочного картриджа. Система может быть проверена в соответствии с местными инструкциями с использованием коммерчески доступных эталонов HbA1c. Следуйте указаниям руководства по применению HemoCue® HbA1c 501, см. раздел «Проверка системы».

8. СТАНДАРТИЗАЦИЯ МФКХ (IFCC)
Было определено соответствие между результатами анализа HbA1c в системах сертифицированных NGSP и IFCC. Для IFCC-результатов было выведено основное уравнение. Результаты IFCC примерно на 1,5–2 % ниже, чем результаты HbA1c во всем диапазоне значений по сравнению с результатами Национальной программы по стандартизации гемоглобина (NGSP).
Значение МФКХ=(1,093 x значение НПСГР)-2,350
По состоянию на 1 октября 2008 г. все лаборатории сети МФКХ отчитались о своих результатах МФКХ HbA1c, выраженных

в mmol/mol, когда результаты HbA1c были выражены как HbA1c %, уравнение было следующим. **МФКХ, HbA1c (mmol/mol) =(10,93 x НПСГ, HbA