

3M Littmann Classic II S.E. stetoskop

Brugervejledning

Dansk

Brugsanvisning

Bryststykke


På Littmann stetoskoper med traditionelle kombinationsbryststykker er det nødvendigt at åbne den side af bryststykket, som bruges. Dette opnås ved at holde bryststykrets hals med en hånd og dreje bryststykket med den anden hånd, til der høres et klik.

Aændring af frekvenser ved brug af den flydende membran

Deres Littmann Classic II S.E. stetoskop er udstyret med en patenteret flydende membran, som gør det muligt at lytte til både lav- og højfrekvente lyde uden at vende bryststykket.




Lavfrekvente lyde: For at lytte til de lavfrekvente lyde (traditionel klokke) kan De anvende enten den åbne klokke eller den flydende membran med et let tryk på bryststykket.




Højfrekvente lyde: Med et fastere tryk på bryststykket kan De lytte til de højfrekvente lyde.

Skift mellem let og fast tryk på bryststykket for at lytte til lav- og højfrekvente lyde uden at flytte bryststykket.


Tilpasning af bojlesættet




Littmann stetoskopet er designet således, at det sidder komfortabelt og er akustisk tæt. Bojlesættet er permanent justeret i en anatomisk korrekt vinkel. Øreoliven skal være rettet fremad når de indsettes i ørene.



Reducér bojlesættets affjedring ved at holde i hver boje i buen nær øreolivenene hvorefter bojlerne langsomt trækkes fra hinanden indtil de er rettet helt ud.



Øg fjederspændingen ved at holde bojleme ned tommeffingrene placeret midt på gaflen. Tryk bojleme gradvist sammen. Om nødvendigt, gentages proceduren.



For maksimal akustisk præstation leveres stetoskopet med komfortable, patenterede 3M™ Littmann® blode øreoliven. Der benyttes en ny teknik til tilslutning af øreolivenene til bojlesættet.

3M™ Littmann® Classic II S.E. stetoskop

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye Littmann Classic II S.E. stetoskop.


Dette klassiske stetoskop med et to-sidet bryststykke tilbyder høj akustisk følsomhed med enestående ydeevne. En traditionel klokke er kombineret med en patenteret flydende membran, som skifter mellem lave og høje frekvenser, uden at det er nødvendigt at vende bryststykket.

Af andre funktioner kan nævnes en patientvenlig kuldefri ring og membran, fremragende akustisk tætning og patenterede 3M™ Littmann® blode øreoliven med snap-on og komfortabel pasform. Derudover fås enkeltheden slangen i forskellige spændende farver.

Littmann Classic II S.E. stetoskopet bærer mærkenavnet Littmann, navnet, som verden over er kendt for uovertruffen kvalitet. Et 3M Littmann stetoskop er Deres garanti for fremragende akustik, innovativt design og exceptionel præstation.

Øreolivenene trykkes på bojlets ende og sættes på plads. Øreolivenene fjernes ved at trække i dem.

Fjernelse af membranen og rengøring af bryststykket



Med membranen vendt opad, tag fat i ringen med begge tommeffinger, skub ned mod klokkeformen og ml ringen af kanten af bryststykket. Membranen adskilles fra ringen, og delene rengøres med vand og sebe eller aftøres med sprit.

Bryststykets overflade kan aftøres, enten med alkohol eller med mildt sæbevand. Alle dele torres omhyggeligt inden de samles igen.

Samling og montering af den flydende membran




Med fingerspidserne gnides en smule talkum på undersiden af den fleksible kant af membranen. Dette letter samlingen og sikrer en jævn og stille overgang mellem høje og lave frekvenser ved auskultation. Overskydende talkum fjernes ved at slå let på membranen med fingrene.




Montér membranen i ringen, ved at sætte membranens fleksible kant ind i ringens fire. Dette opnås bedst ved at starte med ringen placeret over membranens læselige side.



Gentag proceduren efter en kvar omgang.



Membranringen placeres på bryststykket i fordybningen (med membranen på). omkring bryststykrets kant på ét punkt samtidig med at der holdes fast med begge tommeffinger.



Derefter beveges tommeffingrene i modsat retning rundt om bryststykket, således at ringen langsomt rulles over og rundt om bryststykrets kant.



Det sted hvor membranen er placeret i ringen inspiceres, således at der sikres at membranen sidder godt. Mindre justeringer kan foretages ved at trække let i ringen og trække den væk fra membranen, hvilket lader membranen glide på plads.

Generelle råd vedrørende anvendelse og pleje.

- Undgå at udsette stetoskopet for stærk varme, kulde, oplosningsmidler og olie.
- Hele stetoskopet kan aftøres med alkohol eller mildt sæbevand.
- Øreolivenene kan fjernes fra bojlesættet for grundig rengøring.

Bemerk: Kom ikke Deres stetoskop i nogen form for væske og usæd det ikke for dampstenslising. Hvis stetoskopet skal desinficeres kan det aftøres med en alkoholoplösning på 70% terpisenol er nødvendig.

Service og garanti for Littmann stetoskopet.

Deres Littmann stetoskop har den bedste service og garanti på markedet. 3M Littmann Classic II S.E. har 3 års garanti. Dog undtagen i situationer, hvor åbenbart misbrug eller tilfældig beskadigelse er aktuel indenfor garantiperioden.

For nærmere oplysninger, eller rekvirering af reservedele kontakt Deres lokale Littmann forhandler eller 3M Health Care.

3M Health Care Service Center
Bldg. 502, Suite 200
3350 Granada Ave. North
Oakdale, MN 55128

I CANADA:
3M Health Care Service Centre
3M Canada Inc.
80 Enterprise Drive South
London, Ontario
Canada N6N1C2
1-800-563-2921

Udenfor USA og Canada kontaktes den lokale 3M-distributør vedrørende information om reparation og vedligeholdelse.

Forklaring af symboler:

• Bemerk, se brugsanvisning

• Dette produkt samt emballage indeholder ikke naturgummi latex.