

Produktdatablad

Gynekologi/undersökning



Hinnsprängare, AMNIHOOK, engångs,
steril
REF 01.400

Sida 1 (1)

Version: 11.12.2014, rev 1

Tryckt 18.5.2015

REF	Storlek	Färg
01.400	26 cm	vit

Råmaterial:	ABS-plast. Innehåller inte latex eller PVC. Steriliserad med Etylenoxid.						
REACH föreskrifter:	Produkter som omfattas av detta produktblad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller toxiska substanser inkluderat de särskilt farliga ämnen SVHC) som finns listade på senast tillgängliga version av kandidatförteckningen publicerad av European Chemicals Agency (ECHA).						
Funktion:	Medicinteknisk produkt som används för att ta hål på fosterhinnorna. Utvecklad för att ej skada mamman eller fostret. Fysiologisk båge						
Förpackning:	<table border="1"><thead><tr><th>REF</th><th>Afp (st)</th><th>Tfp (st)</th></tr></thead><tbody><tr><td>01.130</td><td>1</td><td>150</td></tr></tbody></table>	REF	Afp (st)	Tfp (st)	01.130	1	150
REF	Afp (st)	Tfp (st)					
01.130	1	150					
Hållbarhetstid:	5 år från tillverkningsdatum						
Försäljningsenhet:	Transportförpackning						
Innerförpackning:	Styckförpackade i peel-pack						
Transportkartong:	ECF (eller TCF) cellulosa						
Packtejp:	PVC-fri						
Överensstämmelse med legala krav:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, Klass I steril						
Kvalitetskrav:	Tillverkas av Laboratoires GYNEAS - Frankrike : ISO 9001 : 2000 och ISO 13485 : 2003 certifierade						
Etikettinformation:	I enlighet med EN 980						
Förvarningsrekommendationer:	Undvik direkt solljus.						
Avfallshantering:	I enlighet med lokala föreskrifter						
Risk vid återanvändning:	Produkten är avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning kan produktens egenskaper försämrats och utgöra en risk för patienten.						

Marknadsförs i Sverige av:
OneMed Sverige AB
Adress: Box 50

SE-401 20 Göteborg

Tele +46 770 11 11 15
www.onemed.com

ONEMED