

Produktdatablad

Gynekologi/undersökning



Hysterometer, engångs, steril
REF 01.510, 01.512, 01.514

Sida 1 (2)

Version: 11.12.2014, rev 1

Tryckt 30.12.2014

REF	CH	Längd	Diameter	Färg	
01.510	10	29 cm	3,3 mm	Blå	Rak spets
01.512	12	29 cm	4 mm	Svart	Rak spets
01.514	14	29 cm	4,6 mm	grön	Progressivt utvidgad spets



Råmaterial:	Hysterometern består av en böjlig del i polyeten samt ett styvt handtag i polystyren. Produkten innehåller inte latex eller PVC. Steriliserad med etylenoxid.																
REACH föreskrifter:	Produkter som omfattas av detta produktblad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller toxiska substanser inkluderat de särskilt farliga ämnen SVHC) som finns listade på senast tillgängliga version av kandidatförteckningen publicerad av European Chemicals Agency (ECHA).																
Funktion:	Används för insättning av spiral. Utvidgar livmodern progressivt samt mäter dess djup.																
Förpackning:	<table border="1"><thead><tr><th>REF</th><th>Storlek</th><th>Afp (st)</th><th>Tfp (st)</th></tr></thead><tbody><tr><td>01.510</td><td>10</td><td>1</td><td>25</td></tr><tr><td>01.512</td><td>12</td><td>1</td><td>25</td></tr><tr><td>01.514</td><td>14</td><td>1</td><td>25</td></tr></tbody></table>	REF	Storlek	Afp (st)	Tfp (st)	01.510	10	1	25	01.512	12	1	25	01.514	14	1	25
REF	Storlek	Afp (st)	Tfp (st)														
01.510	10	1	25														
01.512	12	1	25														
01.514	14	1	25														
Hållbarhetstid:	5 år från tillverkningsdatum																

Marknadsförs i Sverige av:
OneMed Sverige AB
Adress: Box 50

SE-401 20 Göteborg

Tele +46 770 11 11 15
www.onemed.com

ONEMED

Produktdatablad

Gynekologi/undersökning



Hysterometer, engångs, steril
REF 01.510, 01.512, 01.514

Sida 2 (2)

Version: 11.12.2014, rev 1

Tryckt 30.12.2014

Försäljningsenhet:	Transportförpackning
Innerförpackning:	Styckförpackade i peel-pack
Transportkartong:	ECF (eller TCF) cellulosa
Packtejp:	PVC-fri
Överensstämmelse med legala krav:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, Klass I steril
Kvalitetskrav:	Produkten är tillverkad av L.C.H.France enligt ISO 9001:2008 och 13485:2003
Etikettinformation:	I enlighet med EN 980
Förvaringsrekommendationer:	Undvik direkt solljus.
Avfallshantering:	I enlighet med lokala föreskrifter
Risk vid återanvändning:	Produkten är avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning kan produktens egenskaper försämrats och utgöra en risk för patienten.

Marknadsförs i Sverige av:
OneMed Sverige AB
Adress: Box 50

SE-401 20 Göteborg

Tele +46 770 11 11 15
www.onemed.com

ONEMED