

ENCORE® Latex Acclaim®

Pudder fri steril operasjonshanske i naturlateks

Utgivelsesdato 04-05-2017

PRODUKTBESKRIVELSE

Materiale	Naturgummi lateks
Farge	Hvit
Form	Anatomisk
Mansjett	SureFit™ technology: Mansjett med rullekant og klebebånd
Utvendig overflate	Glatt, kloret
Innvendig overflate	Polyuretanbelagt og silikonbehandlet

FYSISKE EGENSKAPER

Tykkelse (enkel)	Finger	0,220
Typiske gjennomsnittsverdier (mm)	Håndflate	0,190
	Mansjett	0,150
Minimum lengde (mm)	290	
Styrke (Gjennomsnittsverdier)	Før aldring	Etter aldring
Forlengelse ved bristepunkt (%)	784	820
Bruddlast (N)	12	15

EMBALLASJE OG LAGRING

Emballasje	4 x 50 / 200 pr. kasse
Lagringsbestandighet	5 år
Lagringsinstruksjoner	Må ikke utsettes for direkte sollys. Oppbevares tørt og kjølig. Unngå sollys, ozon-kilder og åpen flamme.

PRODUKTREFERANSER

Størrelse/produktkode	5.5	330100055	6	330100060
	6.5	330100065	7	330100070
	7.5	330100075	8	330100080
	8.5	330100085	9	330100090

NØKKELEGENSKAPER OG FORDELER

- Glatt utvendig overflate, gripevennlig
- Utmerket motstand
- Fleksibel og elastisk
- Optimal tykkelse

FABRIKASJONS- OG SIKKERHETSNORMER

AQL (Knappenålshull)	<ul style="list-style-type: none"> • Testet for vanntetthet • Overholder Europeisk norm EN 455-1: Inspeksjonsnivå I AQL 1,5 • Fabrikasjon: Endelig godkjenning Inspeksjonsnivå I AQL 1,0 • I prosesskontroll før emballering: Inspeksjonsnivå II AQL 0,65
Innhold av proteiner	Meget lavt nivå: Typiske resultater < 30 µg/g for Modified Lowry & HLPC (EN 455-3)
Pyrogenisitet	Fravær av pyrogener i henhold til ISO 10993-11
Primær hudirritasjon	Ikke betegnet som primærirritant i henhold til FHSA regelverk 16 CFR 1500
Hudfølsomhet	Ingen tegn til forsinket hudkontakt i henhold til ISO 10993-10
Viruspenetrasjon	Tilfredstiller ASTM F-1671 ved bruk av PhiX174
Sytostastisk permasjon	ASTM D6978 gjennomslagstider oppgis på forespørsel
Sterilisering	25 kGy Gamma stråling
CE-merke	Medisinsk utstyr: Klasse IIa
Produktnormer - samsvar	EN 455 deler 1, 2, 3, 4
Fabrikasjonsnummer	EN 556 ISO 11137-1 ISO 13485 ISO 9001
Registreringsmyndighet	British Standards Institution (0086)