




OPSITE Flexifix Gentle
Snäll mot huden

 **smith&nephew**
OPSITE[®] FLEXIFIX
GENTLE
Transparent Silicone Adhesive
Film Roll



OPSITE® Flexifix Gentle är transparent, har god andningsförmåga¹ och en vidhäftningstid på sju dagar^{2,3} - resultatet är en flexibel silikonfilm som passar för patienter med ömtålig hud^{2,4,5}.


Den är lätt att avlägsna utan att skada de ömtåliga hudlagren och utan onödigt obehag för patienten^{2,5}.

Fördelar

- **Passar perfekt för patienter med ömtålig hud^{2,4,5}**
Den varsamma, självhäftande silikonfilmen minimerar risken för skador på huden^{2,5}
- **Formbar och flexibel!**
Säkrar en behagligare upplevelse för patienten
- **Minimal smärta när filmen avlägsnas^{2,5}**
Bättre följsamhet och komfort för patienten
- **Enkel att applicera – kan lyftas och placeras om utan att vidhäftningsförmågans egenskaper försämras²**
Appliceringssystem som utformats för enkel användning. Silikonet gör att det går att ändra placeringen vid behov
- **Transparent film¹¹**
Gör att det går att kontrollera appliceringsstället regelbundet utan att behöva lyfta på filmen
- **Dusch^{-3,6,7,8,9} och bakteriesäker¹⁰**
Bakterier kan inte tränga igenom filmen, vilket skyddar appliceringsstället från yttre kontaminering och möjliggör för patienten att duscha med förbandet på
- **Går att klippa till önskad storlek¹¹**
Möjliggör användning av korrekt storlek av filmen utifrån behov
- **Film med låg friktion¹**
Hjälper till att skydda huden från uppkomst av trycksår




2.5cm x 5m och 5cm x 5m




1 Lossa den blå tejpens och avlägsna skyddet



2 Klipp till önskad längd




3 Lossa filmen från skyddspapperet



Fäst filmen och släta ut


10cm x 5m




1 Lossa den blå tejpens och avlägsna skyddet



2 Klipp till önskad längd



3 Avlägsna hälften av skyddspapperet från filmen



4 Placera filmen på önskad plats, avlägsna resten av skyddspapperet och släta ut

Beställningskoder

Varu.nr.	Storlek	Antal/fp
66801195	2.5cm x 5m	1
66801196	5cm x 5m	1
66801197	10cm x 5m	1

Referenser

- Analytical Report, DS.12.184.R – comparative Product Testing Flexix Gentle, 19/07/12, Daubney, L. (*in-vitro*).
- VT Study Data of File (on ALLEVYN® Gentle Border) HVT050 04/12/08.
- Data on File Report Reference OR-DOF/017, An open, prospective, randomised, comparative study to compare the performance of ALLEVYN Gentle Border Multisite with an alternative silicone adhesive dressing, Palmer S and Mistry C; June 2011.
- "Ageing changes in skin", update on 22/08/2006 by Sandra W. Cohen M.D. Ref <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/004014.htm>.
- Hurd, T. et al., A multicentre in-market evaluation of ALLEVYN Gentle Border. Wounds UK, 2009, Vol 5, No 3.
- Smith & Nephew Wound Management, Data on File Report Reference OR DOF/011, Results from a Multi-centre, Noncomparative Clinical In Market Evaluation of ALLEVYN Gentle Border dressing (CIME/008) and from open, prospective, randomised, within volunteer (VTR/HVT 050) comparison of Dakota and Mepilex™ Border in terms of showerproof and use on awkward areas. Hussein D; August 2010.
- Rubio, P A (1991) - Use of semi-occlusive, transparent film dressing for surgical wound protection: experience in 3,637 cases. Int. Surg. 76, 253-254. (OPSITE).
- Internal data on file. Reference HVT031 – A double blind, randomised, prospective, within volunteer comparison of Flexifix with EBO additive and corona treatment, Flexifix with EBO additive without coronatreatment and the standard Flexifix product.
- DS/12/199/R, Project Lascaux Comparative Waterproof Testing dated July 2012. (*in-vitro*).
- DS/09/062/R1, OPSITE Flexifix Bacterial Barrier dated June 2009. (*in-vitro*).
- WT1429/R9 Usability Study of Flexifix Gentle in comparison to Flexifix Technical Study Report, 21/09/2012, E Cole.

For patients. For budgets. For today.®

Wound Management
Smith & Nephew
Box 143
431 22 Mölndal, Sverige

www.smith-nephew.com

®Varumärke från Smith & Nephew
© Smith & Nephew februar 2013
13-41114-SE

T +46 (0) 31 746 58 00
F +46 (0) 31 87 05 31