

**AB65++ COUVELAIRE i
100 % silikon****Tillverkare**

COLOPLAST A/S

Distributör

COLOPLAST A/S

CE-klass

IIb (regel 5)

Sterilisering

Steril; engångsbruk
Steriliserad med etylenoxid (EO)

Indikationer

Dränage av urinblåsa.
Irrigation och dränering efter operation.
Efter prostataoperation: hemostas av
prostataområdet.
Prostatakatetrar av silikon är godkända för
kvarliggande i max 30 dagar.

Kontraindikationer

Samma som för uretral kateterisering och allmänt
kända allergiska reaktioner på grund ut av
material eller sterilisering (speciellt etylenoxid och
derivater).

*Bruksanvisning 2SH2115***Förpackning****Bruksenhet** 1 kateter i dubbla påsar**Orderenhet** 5 stycken per kartong
Kartongstorlek:90x40x550
(mm)**Referenser**

CH/FR	Färgkod	Artikelnr
16	Orange	AB6516
18	Röd	AB6518
20	Gul	AB6520
22	Lila	AB6522
24	Blå	AB6524

Beskrivning

Längd (cm) : 42
Distal spets: rak, whistle spets
Proximalt : Konnector, ring och färgad ventil
Lumen: 2, en för dränage och en för ballongen.
Dränageögon : 2 med en whistle spets
Ballong (ml) : 30-50

Material: 100 % silikon**Innehåller latex:** Nej**Hållbarhet**

5 år i obruten förpackning

Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA.
Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till söpförbränning med energitvinnning.



Ostomy Care
Urology & Continence Care
Wound & Skin Care

Coloplast utvecklar produkter och service som gör livet enklare för människor med ett hälsotillstånd som är mycket personligt.
Genom ett nära samarbete med användarna av våra produkter, utvecklar vi produktlösningar som motsvarar kundernas speciella behov.
Vi kallar detta intim sjukvård.

Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2012.
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.

Coloplast AB
Box 10171
434 22 Kungsbacka
www.coloplast.se