



Indikator

Indikator för kontroll av ångsteriliseringsprocesser

Art.nr.	Passar till	Längd	Avd.förp.
G211-255	orange och grön PCD	4 rutor	500
G211-112	blå och lila PCD	6 rutor	250

Lasten kan frisläppas om alla fyra färgsegmenten på processindikatorn är svarta.



Om något av dessa testresultat uppstår efter steriliseringsprocessen, får denna last inte frisläppas, utan kräver ytterligare en steriliseringsprocess.



Leverantör



För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv
Tel. 08-88 03 60, marknad@mediq.com, www.mediq.se