

Biogel Eclipse®

Operationshandske i naturgummilatex



Biogel Eclipse® är en steril operationshandske i naturgummilatex. Den är 30 % mjukare än vår Biogel® Surgeons och ger en bättre känsla, passform och komfort.



Biogel® – egenskaper och fördelar

- 9 av 10 kirurger föredrar Biogel på grund av känslan, den goda passformen och komforten¹
- Minskad risk för hål med en branschledande AQL-hålfrihet* på 0,65 efter paketering¹
- Varje individuell handske (100 %) blåses upp med luft för att kontrollera förekomsten av hål som inte syns med blotta ögat¹
- Låg halt av endotoxin (mindre än 20 EE/par) vilket minskar risken för postoperativa komplikationer²

Material information

- Naturgummilatex
- Biogel hydrogel polymerbeläggning
- Manschett med rullkant och anti-slip
- Puderfri

Rekommenderad användning

Rekommenderas för användning vid alla kirurgiska ingrepp. Om den yttre handsken i Biogel Eclipse® Indicator®-systemet punkteras kan du byta ut den mot en Biogel Eclipse®-handske (REF 607) för att behålla färgindikeringsystemets noggrannhet. Biogel Eclipse® kan även användas som enkel handske.

Biogel – konsekvent hög kvalitet

Biogel har en branschledande AQL-hålfrihet* på 0,65. Standardnivån i branschen för AQL* ligger på 1,5. Ju lägre siffra, desto färre hål – och desto högre kvalitet på handskarna.

Beställningsinformation REF 751

Ref.	Storlek	Par
75155	5,5	50/förpackning
75160	6,0	50/förpackning
75165	6,5	50/förpackning
75170	7,0	50/förpackning
75175	7,5	50/förpackning
75180	8,0	50/förpackning
75185	8,5	50/förpackning
75190	9,0	40/förpackning

4 avdelningsförp. per transportförp.

Produktspecifikation Biogel Eclipse® REF 751

Ref.	Storlek	Längd, mm (tolerans +20 mm; -10 mm)	Handflatans bredd, mm (±3 mm)
75155	5,5	283	71
75160	6,0	285	77
75165	6,5	285	85
75170	7,0	288	91
75175	7,5	298	96
75180	8,0	299	103
75185	8,5	301	109
75190	9,0	301	115

Tjocklek (mm), genoms. värde enkelt material	
Manschett	0,17 mm
Handflata	0,22 mm
Finger	0,24 mm

Allmän information

Kontraindikationer: Denna produkt innehåller naturgummilatex som kan orsaka allergiska reaktioner, inklusive anafylaktisk chock.

Allergi: Alla Biogels handskar i naturgummilatex har låg nivå av extraherbara proteiner (<50 µg/g).

Pyrogener: Varje enskilt parti med Biogel-handskar testas för att säkra att handskarna har låga halter av endotoxiner (<20 EU/par).

Anmält organ: I Europa är handskarna dubbelt CE-märkta [anmält organ BSI, nummer 0086] vilket anger uppfyllande av rådets direktiv 93/42/EEC, bilaga VII, samt av PPE-direktiv 89/686/EEC. Biogel Eclipse®-handskarna är en klass IIa-produkt enligt direktivet för medicintekniska produkter, och klassas som en kategori 3-produkt enligt PPE-direktivet.

Förvaring: Förvaras på en torr och sval plats. Får ej exponeras för värmekällor och direkt solljus.

Förpackning: En produktförpackning består av ett par handskar i en innerförpackning av hög kvalitet som är försluten i en filmförpackning bestående av ett återvinningsbart polyolefinmaterial. 50 par per transportförpackning för stl. 5,5 – 8,5; 40 par för stl. 9,0; 200 par per transportförpackning för stl. 5,5 – 8,5; 160 par för stl. 9,0.

Kassering: Handskar och yttre förpackning kasseras som kliniskt avfall. Innerförpackningen i papper, avdelningsförpackningen och transportförpackningen kan återvinnas som papper eller kasseras som kliniskt avfall.

Livslängd: Tre (3) år från tillverkningsdatumet.

Tillverkare: Tillverkat och packat i Malaysia av Mölnlycke Health Care Sdn Bhd.

Ursprungsland: Malaysia

E-postadress: biogel@molnlycke.com

Utgivningsdatum: Oktober 2017

Referenser:1. Varför välja Biogel. MKT004. 2009. Arkivdata. 2. Biogel Endotoxin Report. REPRHJV004. 2010. Arkivdata.

* AQL står för Acceptable Quality Level, vilket avser det maximala antalet defekta produkter som kan anses godtagbart vid slumpmässig provtagning vid en inspektion, i detta fall hållfrihet för handskar.

Handskens fysiska egenskaper	Standardkrav	Biogel
Draghållfasthet (N) (EN455)		
Ny	≥9	15
Åldrad	≥9)	13
Typisk acceleratoranalys % w/w		
Ditiokarbamat (DTC)	n/a	<0,05
Difenyliourea (DPTU)	n/a	ingen
Difenyguanidin (DPG)	n/a	ingen
Tiurammerkaptobenzotiazol (ZMBT)	n/a	ingen
Tiuramer	n/a	ingen
Extraherbara proteiner (vid användning av modifierad Lowry-analys används EN455:3)	<50µg/g	<40µg/g
AQL* hållfrihet (1 000 ml vattentest för förekomst av hål efter packning.) Genomsnittlig produktionsprocess	1,5	0,65 <0,20

Produktstandarder: Biogel Eclipse®-handskar testas och tillverkas mot följande standarder:

MDD 93/42/EEC	EN 455:1-4		
PPE 89/686/EEC	EN 420	EN 374:1-3	
Viruspenetration	ASTM F1671		
Kvalitetssystem/ miljö	ISO 9001	ISO 13485	ISO 14001
Sterilisering	EN 556	EN 552	
Allergi/ pyrogener	ISO 10993: del 5 och 10		
Medicinska symboler	EN ISO 15223:2012		

Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg. Tel.: 031 722 30 00.
Varumärkena, namnen och logotyperna Mölnlycke och Biogel är globalt registrerade av ett eller flera företag i Mölnlycke Health Care Group. © 2017 Mölnlycke Health Care AB. Med ensamrätt.RNSU0231710



Mölnlycke®