

**AB65++ COUVELAIRE**  
**100 % silikon****Tillverkare**

COLOPLAST A/S

**Distributör**

COLOPLAST A/S

**CE-klass**

IIb (regel 5)

**Sterilisering**Steril; engångsbruk  
Steriliserad med etylenoxid (EO)**Indikationer**

Dränage av urinblåsa.  
Irrigation och dränering efter operation.  
Efter prostata operation: hemostas av prostata området.  
Couvelairekatetrar av silikon är godkända för kvarliggande i max 30 dagar.

**Kontraindikationer**

Samma som för uretral kateterisering och allmänt kända allergiska reaktioner på grund ut av material eller sterilisering (speciellt etylenoxid och derivater).

*Bruksanvisning 2SH2115***Förpackning****Bruksenhet** 1 kateter i dubbla påsar**Orderenhet** 5 stycken per kartong  
Kartongstorlek:90x40x550 (mm)**Referenser**

CH/FR	Färgkod	Artikelnr
16	Orange	AB6516
18	Röd	AB6518
20	Gul	AB6520
22	Lila	AB6522
24	Blå	AB6524

**Beskrivning**

Längd (cm) : 42  
Distal spets: rak, whistle tip  
Proximalt : Konnector, ring och färgad ventil  
Lumen: 2, en för dränage och en för ballongen.  
Dränageögon : 2 med en whistle tip  
Ballong (ml) : 30-50

**Material:** 100 % silikon**Innehåller latex:** Nej**Hållbarhet**

5 år i obruten förpackning

Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA.  
Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till sopförbränning med energitvinnning.Ostomy Care  
Urology & Continence Care  
Wound & Skin CareColoplast utvecklar produkter och service som gör livet enklare för människor med ett hälsotillstånd som är mycket personligt.  
Genom ett nära samarbete med användarna av våra produkter, utvecklar vi produktlösningar som motsvarar kundernas speciella behov.  
Vi kallar detta intim sjukvård.Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2012.  
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.Coloplast AB  
Box 10171  
434 22 Kungsbacka  
[www.coloplast.se](http://www.coloplast.se)