

XB61++ COUVELAIRE, Hydro-X-Flow**Tillverkare**

COLOPLAST A/S

Distributör

COLOPLAST A/S

CE-klass

IIb (regel 5)

Sterilisering

Steril; engångsbruk
Steriliserad med etylenoxid (EO)

Indikationer

Dränage av urinblåsa.
Irrigation och dränering efter operation.
Efter prostataoperation: hemostas av prostataområdet.
Prostat katetrar av silikon är godkända för kvarliggande i max 30 dagar.

Kontraindikationer

Samma som för uretral kateterisering och allmänt kända allergiska reaktioner på grund ut av material eller sterilisering (speciellt etylenoxid och derivater).
Bruksanvisning 2SH2115

Förpackning**Bruksenhet** 1 kateter i dubbla påsar**Orderenhet** 5 stycken per kartong
Kartongstorlek: 90x40x550 (mm)**Referenser**

CH/FR	Färgkod	Artikelnr
18	Röd	XB6118
20	Gul	XB6120
22	Lila	XB6122
24	Blå	XB6124

Beskrivning

Längd (cm) : 42
Distal spets: rak, whistle spets
Proximalt : Connector, ring och färgad ventil
Lumen: 3, en för dränage, en för irrigation och en för ballongen.
Dränageögon : 2
Ballong (ml) : 30-50
Hydrogelbeläggning

Material: silikon med hydrogelbeläggning**Innehåller latex:** Nej**Hållbarhet**

5 år i obruten förpackning

Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA.
Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till sopförbränning med energitvinnning.



Ostomy Care
Urology & Continence Care
Wound & Skin Care

Coloplast utvecklar produkter och service som gör livet enklare för människor med ett hälsotillstånd som är mycket personligt. Genom ett nära samarbete med användarna av våra produkter, utvecklar vi produktlösningar som motsvarar kundernas speciella behov. Vi kallar detta intim sjukvård.

Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2012.
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.

Coloplast AB
Box 10171
434 22 Kungsbacka
www.coloplast.se